

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Katowice, dnia 4.07.2024 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,

40-007 Katowice

tel. (032) 359 19-25

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) w rozumieniu art. 275 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: „Dostawa profilografometru” nr rej.: DZP.382.1.46.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), Sterowanie: format pliku dla 2D PRF
Uprzejmie prosimy o rozszerzenie formatu pliku dla 2D PRF o formaty TXT, CSV oraz SRD.

Uzasadnienie: Ograniczenie formatu zapisu pliku 2D do jedynie jednego z formatów dostępnych w rozwiązaniach rynkowych, w sposób znaczący zawęża spektrum dostępnych na rynku rozwiązań.

Zdecydowanie ogranicza to potencjalnym dostawcom możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i może wpłynąć w sposób niekorzystny dla Zamawiającego na finalny rezultat postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie (w zakresie 2D) o inne formaty plików przy czym w dokumentacji urządzenia powinna w takim przypadku znaleźć się dokładna specyfikacja użytego formatu.

Członek Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej: