

MCN.5.261.12.2022.1.KJ

Kraków, dnia 23.03.2022 r.

## WYJAŚNIENIA

### TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego przedmiotem jest: PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO WSZYSTKICH INSTALACJI ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON.**

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający chce lub dopuści, aby komora laminarna miała wbudowane na stałe dwie lampy UV w wewnętrzne panele boczne - umożliwiające jeszcze lepszą sterylizację crossową wnętrza komory?**

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza, aby komora laminarna miała dodatkowo wbudowane na stałe dwie lampy UV w wewnętrzne panele boczne.

#### **Pytanie nr 2:**

**Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1300 mm, a blatu roboczego (wewnętrznej) o szerokości 1200 mm, przy spełnianiu pozostałych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego?**

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że szerokość zewnętrzna nie może przekraczać 1200 mm.

#### **Pytanie nr 3:**

**Czy dobrze rozumiem, że, automatycznie otwierana szyba w komorze laminarnej, oznacza szybę suwaną elektrycznie, po naciśnięciu przycisku szyba sama się zamyka, otwiera, uzyskuje pozycje gotowości do pracy?**

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający potwierdza, że automatycznie otwierana szyba w komorze laminarnej, oznacza szybę suwaną elektrycznie, po naciśnięciu przycisku szyba sama się zamyka, otwiera, uzyskuje pozycje gotowości do pracy.

**Pytanie nr 4:**

**Czy blat w komorze laminarnej może być dzielony na 4 segmenty, ułatwia to jego wyjmowanie i przenoszenie do mycia, czy sterylizacji w autoklawie?**

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający preferuje blat z jednej połaci blachy. Zamawiający nie planuje zakupu autoklawu o gabarytach pozwalających na sterylizację dzielonych części blatu. Ze względów technicznych Zamawiający może dopuścić blat składający się z maksymalnie 2 segmentów, aby ograniczyć liczbę łączy.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.