



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2370.12.2020

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
numer sprawy: WT.2370.12.2020

Nazwa zadania: „Dostawa samochodu laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mierników z minimalną ochroną IP 64?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie mierników z minimalną ochroną IP 64.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miernika PH3 o zakresie pomiaru 0-10 ppm?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie miernika PH3 o zakresie pomiaru 0-10 ppm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miernika HCN o zakresie pomiaru 0-30 ppm?



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie miernika HCN o zakresie 0-30 ppm.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z up.

st. bryg. mgr inż. Daniel DRYMAK
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania