

Tarnów, dnia 21.08.2023r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.58 .KK..... 723

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: odczynników wraz z dzierżawą sprzętu oraz generatory atmosfery dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr spr 58/23

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.08.2023r. Zamawiający wyjaśnia:

Dot. projekt umowy

Pytanie 1 dla zakresu 1,3,4 § 3., pkt. 9 E – Przeglądy okresowe analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku. (dotyczy zakresu nr 1 i 3, 4). –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wykonywania przeglądów okresowych dla zaoferowanego urządzenia w zakresie 4, jeśli producent nie wymaga ich wykonywania ?

Odpowiedz:

Jeżeli producent nie wymaga przeglądu okresowego dla zaoferowanego urządzenia Wykonawca składa oświadczenie.

Pytanie 2 § 3., pkt. 10

Zważając na brak dostępności serwisu w dni wolne od pracy (weekendy, święta) czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 24 godzin w dni robocze liczone od daty telefonicznego zgłoszenia (przyjęcie zgłoszenia), - przyjazd serwisanta, podjęta naprawa, naprawa do 48 godzin w dni robocze lub przy przedłużającej się awarii wymiana na sprawny aparat wolny od wad do 14 dni (dotyczy zakresu nr 3 i 4). ? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu. § 3., pkt. 10

Odpowiedz:

Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 14 dni Wykonawca był zobowiązany pokryć koszty wykonania badań w innym laboratorium oraz pokryć koszty ich transportu (dotyczy zakresy nr 3). ? § 3., pkt. 10 Jeżeli nie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca był zobowiązany pokryć koszty wykonania badań w innym laboratorium oraz pokryć koszty ich transportu (dotyczy zakresy nr 3). ?

Odpowiedz:

Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:
adresat
A/a



DZIAŁU DIAGNOSTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Katarzyna Krikel

Zca. KIEROWNIKA
DZIAŁU DIAGNOSTYKI
Stanisław Móz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech