

AG-DŁ-2240/11/04/20

Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych:**” **sprawy AG-2240-11-20.**

1. Dotyczy zestawu do zapobiegania hipotermii z pakietu 8:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zapobiegania hipotermii, który składa się z:
- śpiwora termicznego LESS
- dwóch folii NRC
- koca grzewczego aktywowanego tlenem
Zestaw ten umożliwi wielowarstwowe i wielofunkcyjne zabezpieczenie pacjenta przed utratą ciepła: izolacja termiczna, odbijanie promieniowania ciepłego do wewnątrz oraz aktywne grzanie. Ponadto śpiwór termiczny LESS posiada gumki i zaczepy, które pozwalają na bardzo szybkie i szczelne zawinięcie pacjenta skutkujące wysokim komfortem termicznym nawet podczas silnego wiatru.

Odp. Tak, dopuszcza.

2. Dotyczy automatycznego defibrylatora treningowego AED w pakiecie 10.
Czy Zamawiający dopuści do oferty defibrylator szkoleniowy znanego, amerykańskiego producenta o poniższych parametrach?
 - Symulator posiadający wszystkie dostępne komunikaty dźwiękowe występujące w urządzeniach Defibtech Lifeline.
 - W przyciski: uruchomienia oraz wywołania impulsu defibrylacji
 - Kieszeń na elektrody.
 - Zestawy elektrod treningowych.
 - Brak impulsu defibrylacji podczas symulacji.
 - Polecenia w języku polskim.
 - Pilot do sterowania bezprzewodowego z bateriami AAA.
 - Możliwość zmiany trybu scenariusza za pomocą pilota.
 - Sześć scenariuszy i cztery klawisze funkcyjne modyfikujące scenariusz; m.in. rytm do defibrylacji, rytm nie wymagający defibrylacji, złe przyklejenie elektrod, artefakty ruchowe.
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmian wytycznych.
 - Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości 1m – norma MIL-STD-810F 514.5.
 - Waga: 1,9kg.
 - Bateria treningowa wystarczająca na 200 cykli ładowania.
 - Czas ładowania baterii do 14 godzin.
 - W zestawie ładowarka 230V 50Hz.
 - Opakowanie transportowe.

Odp. Tak, pod warunkiem że istnieje możliwość przełączenia menu na język angielski.

3. Dotyczy Rozbudowanego manekina pielęgnacyjnego dwupłciowego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności fantom pielęgnacyjny nie posiadający: włosów w formie odlewu, możliwości intubacji dotchawiczej, głównych organów wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej, możliwości nakłucia klatki piersiowej, jamy brzusznej, wątroby, szpiku kostnego i lędźwiowego, pielęgnacji gangreny na stopie, bandażowania kikuta po amputacji powyżej łokcia oraz po częściowej amputacji oraz pielęgnacji wskazanych przez Zamawiającego pielęgnacji modułów ran, lecz w zamian posiadający:

- realistyczną perukę umożliwiającą pielęgnację włosów
- możliwość pielęgnacji kikuta po amputacji,
- możliwość wprowadzania rurek noso- i ustno- gardłowych
- wymienne wewnętrzne zbiorniki imitujące wewnętrzne organy (pęcherz, jelito), zbiorniki posiadają zatrzaski zapobiegające wyciekowi pomiędzy zbiornikiem a stomią
- możliwość pielęgnacji cewnika centralnego, możliwość umieszczania cewnika, pobierania krwi oraz infuzji płynów
- zestaw ran urazowych zawierających 8 typów ran: otwarte złamanie kości ramiennej, rana postrzałowa- okrągła, rana wlotowa i wylotowa po pocisku dużego kalibru, otwarte złamanie kości promieniowej/łokciowej, otwarte złamanie kości udowej, ciało obce wbite w udo, wytrzewienie jelit, otwarte złamanie kości piszczelowej.

Dopuszczenie do postępowania zaoferowanego fantomu umożliwi złożenie większej ilości ofert, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku nie dopuszczenia zaproponowanego modelu zwracamy się z prośbą o wydzielenie tego modelu do osobnego zadania. Motywujemy to ograniczeniem możliwości złożenia ofert tylko do jednego oferującego, który ma wyłączność na dany produkt, co znacząco ograniczy konkurencję.

Odp. Nie, nie dopuszcza. Natomiast na wniosek wykonawcy Zamawiający wydzieli nowe zadanie z modelu ww. manekina.

Wyjaśnienia zostają dołączone do siwz i stanowią jej integralną część.
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert na dzień 19.06.2020 r.

(-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS
Rektor

Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile