

**SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY**

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Nr postępowania: ZP/23/2020/ZO

Trzebnica, 28.08.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Szpital im Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza Oferentów do złożenia ofert na:
dostawy rękawic medycznych

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic medycznych wg. potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pozycji. Szczegółowy opis:

Poz. nr 1. Rękawice chirurgiczne

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice chirurgiczne: jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, rolowany mankiet (ułatwiający zakładanie), całkowite dopasowanie do kształtu anatomicznego rąk (prawa, lewa). Pakowane po pojedynczej parze, w opakowaniu odpornym na wilgoć i mikrorozszczelnienie. Rękawice zgodne z wymogami normy EN 455-1,2,3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-1, poziom protein poniżej 30ug/g, AQL 1.0, poziom protein lateksu poniżej 30ug/g potwierdzone badaniami wytwórcy. Dł. min. 285 mm.		
rozmiar 6,0 - 8,5	para	4 188

Poz. nr 2. Rękawice nitrylowe

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	rozmiar	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, zgodnie z normą EN 455, AQL 1,0 , opakowanie = 100 szt.(przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388 (badania potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną), dł. min.240mm, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na końcach palców (potwierdzona badaniami wytwórców), grubość minimum na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu przed starzeniem min.9 N, po starzeniu min. 8N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem UE 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem przez jednostkę nostryfikowaną).	S, M, L	op. =100 szt.	2 325

Poz. nr 3. Rękawice foliowe

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice foliowe, wykonane z mocnej folii PE.	op. =100 szt.	105

Poz. nr 4. Rękawice ginekologiczne

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice sterylne lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, AQL 1,5, mikro teksturowane na całej powierzchni, rolowany mankiet, naturalny lateks, pakowane podwójnie, rozmiar 7,5 (M) długość 450-5000 mm		
rozmiar M	para	6

Poz. nr 5. Rękawice lateksowe bezpudrowe

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, uniwersalne, rolowany brzeg, rękawice zgodnie z normą EN 455-1,2,3, AQL 1,0 grubość minimum na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm oraz na mankiecie 0,09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) siła zrywu przed starzeniem 9N, po starzeniu min 7N, dł. min. 240 mm, poziom protein poniżej 30ug/g, pakowane po 100 szt. Rękawice zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47 w klasie I oraz Rozporządzeniem UE 2016/425, które zastąpiło Dyrektyw Rady Europy 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN455(1-5), EN420. EN388, rękawice przebadane na przenikania mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną).		
rozmiar S, M,L	op. = 100 szt.	230

Poz. nr 6. Rękawice na Blok Operacyjny (1)

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice bezpudrowe ortopedyczne, lateksowe, jałowe; kolor: brązowy; Kształt anatomiczny, rolowany mankiet; Powierzchnia zew.: teksturowana, chlorowana, silikonowana; Powierzchnia wew. : pokrywana warstwą poliuretanową, chlorowaną i silikonową; średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33mm, na części dłoniowej 0,3 mm, na mankiecie 0,260 mm; Długość rękawicy min.: 295mm; AQL 1.0. Poziom protein lateksu <30ug/g; Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 6,5 -8,5	para	300

Poz. nr 7. Rękawice na Blok Operacyjny (2)

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Przewidywana ilość zamówienia na okres 3 m-cy
Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość min. 285 mm, grubość na palcu min. 0,23 mm, na dłoni min. 0,20 mm oraz na mankiecie min. 0,18 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy). AQL-0,65; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g potwierdzone badaniami wytwórcy. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz zgodne z EN 455-1,2,3. Rozmiar nr 6-9	para	2 213

3. Kod CPV: 33141420-0- Rękawice chirurgiczne, 18424300-0- Rękawice jednorazowe.
4. Zaoferowane rękawice muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.
5. Zaoferowane produkty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Oferent zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejscu dostawy, tj. w Aptece Szpitalnej (dot. pakietu nr 1, 4, 6, 7) / do Magazynu Gospodarczego (dot. pakietów nr 2-3, 5) znajdującej/znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.