

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Dot. Zapytania ofertowego 2/MCSM/OPZ/2021

W dniu 19.10.2021 od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej.

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA PIELĘGNIARSKA-SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI

- 1) Prowadnica do trudnych intubacji Bougie, wielorazowa – 2,0 mm – 600 mm; 3,3 mm – 600mm; 5,0 mm – 800 mm
Pytanie: Prosimy o dopuszczenie prowadnicy do trudnej intubacji dla niemowląt jednorazowego użytku 2,0mm - 600mm. Według naszej wiedzy, nie ma na rynku prowadnicy Bougie wielorazowego użytku w podanym rozmiarze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- 2) Prowadnica do rurek intubacyjnych po 1 szt. do każdego rozmiaru rurki intubacyjnej od 2,5 do 7,5
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 11 sztuk, czyli zgodnie z odp. 11 szt. prowadnic po 1 sztuce z każdego rozmiaru rurki?
Odpowiedź: Tak.
- 3) Rurki intubacyjne – z mankietem ciśnieniowym od 3 do 9
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 169 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami po 13 sztuk rurek z każdego z 13stu rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.
- 4) Rurki nosowo-gardłowe po 2 szt. we wszystkich rozmiarach od 6 do 8,5
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 12 sztuk rurek, czyli po 2 sztuki rurek z każdego z 6ciu rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.
- 5) Igel po 2 szt. z rozmiaru 3,4,5
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 6 sztuk, czyli po 3 sztuki z każdego z dwóch rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.
- 6) Rurka krtaniowa LTS
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 6 sztuk, czyli po 1 sztuce z każdego rozmiaru?
Odpowiedź: Tak

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA EGZAMINACYJNA OSCE

- 1) Prowadnica do trudnych intubacji Bougie, wielorazowa – 2,0 mm – 600 mm; 3,3 mm – 600mm; 5,0 mm – 800 mm
Pytanie: Prosimy o dopuszczenie prowadnicy do trudnej intubacji dla niemowląt jednorazowego użytku 2,0mm - 600mm. Według naszej wiedzy, nie ma na rynku prowadnicy Bougie wielorazowego użytku w podanym rozmiarze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- 2) Prowadnica do rurek intubacyjnych po 1 szt. do każdego rozmiaru rurki intubacyjnej od 2,5 do 7,5
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 11 sztuk, czyli zgodnie z odp. 11 szt. prowadnic po 1 sztuce z każdego rozmiaru rurki?
Odpowiedź: Tak.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

- 3) Rurki intubacyjne – z mankietem ciśnieniowym od 3 do 9 po 10 szt.
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 13 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami 13 sztuk rurek po 1 szt. z każdego z 13stu rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS

- 1) Rurki do intubacji 6 rozmiarów
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 36 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami po 6 sztuk rurek z każdego z 6 rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.
- 2) Resuscytator dla dorosłych + resuscytator dla dzieci
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 2 sztuki resuscytatorów, czyli zgodnie z odpowiedziami po 1 sztuce dla dorosłych i 1 sztuce dla dzieci?
Odpowiedź: Tak.

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS

- 1) Rurki do intubacji 6 rozmiarów
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 36 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami po 6 sztuk rurek z każdego z 6 rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.
- 2) Resuscytator dla dorosłych + resuscytator dla dzieci
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 2 sztuki resuscytatorów, czyli zgodnie z odpowiedziami po 1 sztuce dla dorosłych i 1 sztuce dla dzieci?
Odpowiedź: Tak.

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

- 1) Prowadnica do trudnych intubacji Bougie, wielorazowa – 2,0 mm – 600 mm; 3,3 mm – 600mm; 5,0 mm – 800 mm
Pytanie: Prosimy o dopuszczenie prowadnicy do trudnej intubacji dla niemowląt jednorazowego użytku 2,0mm - 600mm. Według naszej wiedzy, nie ma na rynku prowadnicy Bougie wielorazowego użytku w podanym rozmiarze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- 2) Prowadnica do rurek intubacyjnych po 1 szt. do każdego rozmiaru rurki intubacyjnej od 2,5 do 7,5
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 11 sztuk, czyli zgodnie z odp. 11 szt. prowadnic po 1 sztuce z każdego rozmiaru rurki?
Odpowiedź: Tak.
- 3) Rurki intubacyjne – z mankietem ciśnieniowym od 3 do 9 po 10 szt.
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 169 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami po 13 sztuk rurek z każdego z 13stu rozmiarów?
Odpowiedź: Tak.

ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO – SALA ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH

- 1) Zestaw rurek Gudela
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 64 sztuki rurek, tj. po 8 sztuk rurek z każdego z 8 rozmiarów?
Odpowiedź: Tak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

2) Rurki do intubacji 6 rozmiarów

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 36 sztuk rurek, czyli zgodnie z odpowiedziami po 6 sztuk rurek z każdego z 6 rozmiarów?

Odpowiedź: Tak.

3) Resuscytator dla dorosłych + resuscytator dla dzieci

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje "liczba sztuk w zestawie": 2 sztuki resuscytatorów, czyli zgodnie z odpowiedziami po 1 sztuce dla dorosłych i 1 sztuce dla dzieci?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czy Zamawiający umieści formularz cenowy zawierający poprawione ilości sztuk w zestawach oraz opisy przedmiotu zamówienia? Czy wykonawca ma nanieść na formularz opisane w odpowiedziach zmiany samodzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający zamieści poprawiony formularz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego