



Poznań, dnia 09.12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-98/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 15 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje kaniuli dotętnicznej z czasem stosowania o 30 dni potwierdzone w instrukcji producenta

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł tępych z filtrem 18 G 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm do wyboru Zamawiającego co umożliwi efektywne pobieranie preparatów bez straty z pojemników wielodawkowych o różnej pojemności

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania igieł tępych z filtrem 18 G 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm do wyboru Zamawiającego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Opracowała: Beata Tylska

