



Numer sprawy: ZP 12/22

Grajewo, dnia 04.10.2022 r.

**DO WSZYSTKICH OFERENTÓW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ**

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycja 1a) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o obwodzie w pasie obwodzie 56cm - 96cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycja 1a) pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie obwodzie 49cm - 84cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycja 1b) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje 1a - 1d) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje 1a - 1d) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części



centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje 1a - 1d) pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają system szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje 1a - 1d) pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtki jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 21, pozycja 1) złożenia oferty na podkłady higieniczne 60x90cm z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, o chłonności co najmniej 1100 ml? Brak określenia poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 9**

**Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie tupferów pakowanych po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10**

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 11**

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15**

**Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16**

**Pakiet 2, poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu z uwagi na rozbieżny opis w formularzy ofertowo-cenowym. Podano „pakowane **po 5 sztuki** z datą ważności na opakowaniu. **1 op. = 2 szt.**”

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje, iż kompresy jałowe mają być pakowane po 5 szt. z datą ważności na opakowaniu.

**Pytanie 17**

**Pakiet 3, poz.1-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Pakiet 4, poz.1-3, 5-7, 11-13**

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17 nitkowe zamiast 13 nitkowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19**

**Pakiet 4, poz.15**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'3szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**



**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Pakiet 4, poz.15**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21**

**Pakiet 4, poz.16**

Czy Zamawiający dopuści serwetę fazową 17 nitkową 4 warstwową?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 22**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 26**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27**

**Pakiet 4, poz.17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28**

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaferowanie korzystniejszej ceny.



**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe włókninowe w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 30**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31**

**Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a'1szt w zbiorczym opakowaniu a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 32**

**Pakiet 7, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a'1szt w zbiorczym opakowaniu a'15szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 33**

**Pakiet 7, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 34**

**Pakiet 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a'1szt w zbiorczym opakowaniu a'8szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 35**

**Pakiet 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne niejałowe w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36**

**Pakiet 8 poz. 1-2**



Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 37**

**Pakiet 13 poz. 1-3**

Czy Zamawiający podając jednostkę miary mb ma na myśli mb w stanie swobodnym czy rozciągniętym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podając jednostkę miary ma na myśli mb w stanie swobodnym.**

#### **Pytanie 38**

**Pakiet 13 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 1m w stanie swobodnym i 2,5m w stanie rozciągniętym z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 39**

**Pakiet 13 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10m w stanie swobodnym i 25m w stanie rozciągniętym z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 40**

**Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 15-35mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 41**

**Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 42**

**Pakiet 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 40-65mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 43**

**Pakiet 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 65-135mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 44**

**Pakiet 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 80-140mm?

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 45**

**Pakiet 14 poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 46**

**Pakiet 14 poz. 8-10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 47**

**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ginekologicznego z workiem z serwetą główną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Serweta pod pośladki 75 x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48**

**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ginekologicznego zawierającego 4 szt ręczników włókninowych zamiast 1 szt ręcznika celulozowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 49**

**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ginekologicznego zawierającego dodatkowo serwetę na stolik Mayo 80 x 140 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 50**

**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ginekologicznego w opakowaniu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 51**

**Pakiet 16, poz. 1**





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ginekologicznego z workiem z serwetą główną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. Serweta główna i serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 52**

##### **Pakiet 16, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 53**

##### **Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z serwetą samoprzylepną o wymiarach 180 x 180 cm w miejsce serwety 170-180 cm x 200 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 54**

##### **Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z 4 szt ręczników chłonnych z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm, zamiast celulozowych min. 20 x 40 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 55**

##### **Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do artroskopii z osłoną na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 56**

##### **Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do artroskopii z 3 szt taśmy samoprzylepnej zamiast 2 szt?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 57**





**Pakiet 18, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do biodra wykonanego z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów o składzie:

- 1 x serweta główna samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58**

**Pakiet 19 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje w celu lepszej identyfikacji rozmiaru fartucha kolorystycznej identyfikacji rozmiarów w postaci kolorowych lamówek?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 59**

**Pakiet 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 60**

**Pakiet 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 61**

**Pakiet 22 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 62**

**Pakiet 22 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 63**

**Pakiet 22 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o wymiarze 6 x 8 cm?



**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 64**

**Pakiet 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g  $\pm$ 5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 65**

**Pakiet 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g. Op.20 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 66**

**Pakiet 23 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g. Op.20 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 67**

**Pakiet 23 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114 x 150cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 68**

**Pakiet 23 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z mankietem 25cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69**

**Pakiet 22 poz.3a (brak numeru pozycji w formularzu cenowym)**



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji serwety jałowej o wymiarach 150x240cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 70**

##### **Pakiet 22 poz.4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji serwety jałowej o wymiarach 50x60cm z przyklepnym otworem  $\Phi$ 7cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 71**

##### **Pakiet 22 poz.5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji serwety jałowej o wymiarach 75x90cm z przyklepnym otworem 6x8cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 72**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 73**

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 5 projektu umowy poprzez poprawienie omyłki pisarskiej wpisanie w miejsce „Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp” odpowiednio „Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 ust. 1 Pzp”. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie § 9 ust. 5 Umowy. Zamawiający uwzględnił zmianę we wzorze umowy.**

#### **Pytanie 74**

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą



stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana podatku VAT została uwzględniona w § 9 ust. 2 pkt.**

**1) Umowy.**

#### **Pytanie 75**

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 76**

**Pakiet nr 2 Kompresy jałowe z gazy z nitką rtg: Poz. nr 1-4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów, których opakowanie nie posiada piktogramu wskazującego kierunek otwierania, ale posiada ok. 1,5 cm "mankiet" wskazujący miejsce otwarcia opakowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 77**

**Pakiet nr 2 Kompresy jałowe z gazy z nitką rtg: Poz. nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale pakowanych a' 10 sztuk? Jeśli tak, to prosimy o informację, ile takich opakowań należy wycenić.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 78**

**Pakiet nr 3 Kompresy niejałowe z gazy bez nitki rtg: Poz. nr 1-4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w klasie I.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 79**

**Pakiet nr 3 Kompresy niejałowe z gazy bez nitki rtg: Poz. nr 1-4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie handlowe (a' 100 szt.), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 80**

**Pakiet nr 4 Kompresy jałowe z gazy bez nitki rtg i serwety: Poz. nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem Zamawiającego, ale wykonanych z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 81**

**Pakiet nr 4 Kompresy jałowe z gazy bez nitki rtg i serwety: Poz. nr 4, 8, 9, 10, 14, 15:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów zgodnych z opisem Zamawiającego, ale 12-warstwowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 82**

**Pakiet nr 4 Kompresy jałowe z gazy bez nitki rtg i serwety: Poz. nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety włókninowej jałowej 90m x 75cm lub 75cm x 75cm, pakowanej pojedynczo – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza serwety włókninowe jałowe o rozmiarze 90m x 75cm.

**Pytanie 83**

**Pakiet nr 7 Pozostałe kompresy: Poz. nr 3-5:**

Czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje zaferowania kompresów wysokochlonych jałowych 4-warstwowych pakowanych pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 84**

**Pakiet nr 14 Opatrunki unieruchamiające: Poz. nr 1-5:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 2-4 minuty (+/- 0,5 minuty) oraz czy wymaga zaferowania opasek nawiniętych na trzpień kartonowy ułatwiający wyciskanie i modelowanie opaski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 2-4 minuty (+/- 0,5 minuty) oraz wymaga opasek nawiniętych na trzpień kartonowy ułatwiający wyciskanie i modelowanie opaski.

**Pytanie 85**

**Pakiet nr 16 Obłożenia operacyjne nr 1: Poz. nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu ginekologicznego zgodnego z opisem, ale główna serweta ginekologiczna ma rozmiar 250/280 x 280cm, a szerokość przylepca w serwetach wynosi ok. 5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 86**

**Pakiet nr 16 Obłożenia operacyjne nr 1: Poz. nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cesarskiego cięcia zgodnego z opisem, ale ręczniki celulozowe mają rozmiar 30cm x 33cm, a szerokość przylepca w serwetach wynosi ok. 5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 87**

**Pakiet nr 17 Obłożenia operacyjne nr 2: Poz. nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zabiegowego „uniwersalnego” zgodnego z opisem, ale „duża” serweta samoprzylepna ma rozmiar 200cm x 200cm, ręczniki celulozowe mają rozmiar 30cm x 33cm, a szerokość przylepca w serwetach wynosi ok. 5cm?

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 88**

**Pakiet nr 18 Zestawy ortopedyczne: Poz. nr 1 i 2:**

W związku z rozbieżnością w opisie parametrów technicznych materiału, z którego są wykonane zestawy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów *wykonanych z min. 2 warstw, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z min. 2 warstw, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 89**

**Pakiet nr 18 Zestawy ortopedyczne: Poz. nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do biodra zgodnego z opisem, ale mniejsza serweta samoprzylepna ma rozmiar 75cm x 90cm (zamiast 70cm x 100cm) i w skład zestawu wchodzi 2 taśmy samoprzylepne (zamiast trzech)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 90**

**Pakiet nr 22 Serwety jałowe: Pozycja bez przypisanego numeru – serweta 160 x 220cm:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem Zamawiającego, ale w rozmiarze 150cm x 240cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 91**

**Pakiet nr 22 Serwety jałowe: Poz. nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem Zamawiającego, ale z otworem o średnicy 7 centymetrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 92**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w części dotyczącej **kar umownych**? Istotne postanowienia umowy w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 przewidują, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01 % maksymalnej wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki. Wnioskujemy o zmianę podstawy naliczania kar, tj. od wartości tej części danego cząstkowego zamówienia, co do której Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a nie od całej wartości zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot umowy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, zdaniem Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączony do SIWZ projekt umowy dopuszcza po stronie Zamawiającego możliwość realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej





wartości zamówień cząstkowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia cząstkowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca Wykonawcę w związku z opóźnieniem w realizacji cząstkowego zamówienia okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody. Ponadto, jak wskazuje doktryna, uprawnienie zamawiającego do wprowadzania postanowień w umowie o karach umownych nie może być nadużywane, a tym samym prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się tegoż poprzez ustalanie rażąco wygórowanych kar umownych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy wyrażenie „15% maksymalnej wartości netto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% wartości niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 94**

**Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'5sztuk w ilości 800 opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 95**

**Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3-4**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kompresów jałowych pakowanych a'1szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96**

**Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Zgodne z normą EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia zawiera 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 97**

**Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?





1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm  
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm  
1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  
Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Zgodne z normą EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia zawiera 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 98**

**Dotyczy Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, **minimalnie różniącego się** od opisanego w SWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm  
4 ręczniki do osuszania rąk **30,5 x 34** cm  
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 180 x **180** cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  
Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Zgodne z normą EN 13795-1:2019. Opakowanie **Tyvec-folia** zawiera **4 etykiety samoprzylepne** z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 99**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę zamiennika o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie przetargowej w przypadku braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie.**

**Pytanie 100**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 101**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź:**



Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 102**

**Pakiet 2, poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kompresów pakowanych A'2 sztuki czy A'5 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga kompresów pakowanych A'5 sztuk.

**Pytanie 103**

**Pakiet 3, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk kompresów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 104**

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania ligniny bielonej, będącej wyrobem medycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 105**

**Pakiet 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym 2,5 x 3,0 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 106**

**Pakiet 13, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym 5,5 x 6,0 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 107**

**Pakiet 13, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o szerokości w stanie nierozciągniętym min. 10 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 108**

**Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie ręczniczki włókninowe zamiast celulozowych? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 109**

**Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z włókniny o gram. 56g/m2 i następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L2	320x240	OKRĄG	6
---	---	----	---------	-------	---



pokrowiec na nogę	1	L2	75x37		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 110**

**Pakiet 18, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z włókniny o gram. 56g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta z przylepcem	1	L2	240x150		
pokrowiec na nogę	1	L2	120x37		
kieszka na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	6	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 111**

**Pakiet 19, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga fartuchów jałowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga fartuchów jałowych.**

#### **Pytanie 112**

**Pakiet 20, poz. 1d**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 113**

**Pakiet 21, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby minimalne wymiary wkładu chłonnego wynosiły 54cm x 82 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 114**

**Pakiet 21, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga minimalnej chłonności 950g zgodnie wg ISO 11948-1 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 115**

**Pakiet 22, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm?

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 116**

**Pakiet 4, poz. 1-3, 5-7, 11-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompresów z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 117**

**Pakiet 4, poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej serwet z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 118**

**Pakiet 4, poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej serwet jałowych pakowanych a'1szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 119**

**Pakiet 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jałowych zestawów do porodu w następującym składzie:

2 Serwety włókninowe dwuwarstwowe o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 100x150cm

4 Serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 25x20cm

1 Serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 80x60cm.

1 Podkład higieniczny 60x60cm z pulpy celulozowej pokryty antypoślizgową folią o chłonności min. 800g

1 Podkład higieniczny 60x90cm z pulpy celulozowej pokryty antypoślizgową folią o chłonności min. 1200g

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 120**

**Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1**

Prosimy o sprecyzowanie czy serwety w zestawie porodowym mają być wyposażone w przylepiec?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 121**

**Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów noworodkowych posiadających w składzie miękkie serwety włókninowe o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 122**

**Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny:



- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 100 cm;
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szytwnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 123**

#### **Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> i 83g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szytwniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 124**

#### **Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m<sup>2</sup>
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź:**



**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 125**

**Pakiet 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm, z otworem 25 x 20 cm otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm, ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 126**

**Pakiet 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 127**

**Pakiet 15 poz. 1, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści minimum 2 etykiety samoprzylepne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 15 poz. 1 minimum 2 etykiety samoprzylepne.**

**Pytanie 128**

**Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne?

**Odpowiedź:**





Zamawiający wymaga fartuchów sterylnych.

**Pytanie 129**

**Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniyny polipropylenowej powlekanej folią PE?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 130**

**Zadanie 19 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha barierowego o podanych parametrach:

- Wykonany z PP 19g/m<sup>2</sup> + PE 13g/m<sup>2</sup>
- Fartuch wzmocniony na całej powierzchni przedniej oraz na rękawach (gramatura fartucha z wzmocnieniem 32g/m<sup>2</sup>)
- Zakończony elastycznym mankietem
- Fartuch z trokami na karku oraz w pasie
- Pakowany w folie po 10szt.
- Spełniającego podane normy:
  - EN ISO 14971: 2012
  - EN ISO 15223-1: 2016
  - ISO 10993-1: 2018
  - EN ISO 10993-5: 2009
  - EN ISO 10993-10: 2013
  - EN 1041: 2008
  - EN 62366 1:201 5

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza fartucha barierowego. Zamawiający wymaga fartucha jałowego.**

**Pytanie 131**

**Zadanie 19 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha barierowego tylko o wymiarach: 125 cm x 145 cm (długość całkowita x obwód).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 132**

**Zadanie 19 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha barierowego tylko w rozmiarze uniwersalnym ( XL ).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 133**

**Pakiet 4, poz. 1-3,5-7,11-13**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,5-7,11-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.





**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 4 poz. 1-3,5-7,11-13**

**Pytanie 134**

**Pakiet 4, poz. 16**

Czy zamawiający wydzieli poz. 16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 4 poz. 16.**

**Pytanie 135**

**Pakiet 4 poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 136**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 137**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 138**

**Pakiet 13, poz. 1-3**

Czy zamawiający oczekuje wycenę za mb w stanie spoczynku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje wycenę za mb w stanie spoczynku.**

**Pytanie 139**

**Pakiet 13, poz. 1-3**

Prosimy zamawiającego o wskazanie w jakich rozmiarach wymaga siatek, odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń, stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, jw.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga siatek w poniższych rozmiarach:**

**Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć**

**Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.**

**Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.**

**Pytanie 140**



**Pakiet 16 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stół narzędziowy 140x190cm z folii PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma klejąca 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z klejonym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15x5cm, z klejonym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłających włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, (współczynnik pylenia $\leq$ 1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 141**

**Pakiet 16 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół narzędziowy 120x140 cm 50 $\mu$  ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x taśma klejąca 8x40cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270<sup>o</sup> z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65 $\pm$  3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60  $\pm$  3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m<sup>2</sup>) pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq$ 1,9 log10), o odporności na penetrację płynów > 200cm H<sub>2</sub>O, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 142**

**Pakiet 16 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm



-1x rękawniki 35x35 +/-1cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszным wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 143**

**Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający wymaga.**

#### **Pytanie 144**

**Pakiet 16 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby obłożenie do cesarskiego cięcia wyposażone było w worek do przechwytywania płynów 270°?

**Odpowiedź:**

**Nie. Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 145**

**Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x rękawiczki chłonne z mikrościecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjentce, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawiczkach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjentce. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem



EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 146**

##### **Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 147**

##### **Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłających włókien wiskozy i celulozy (polipropylene 60 g/m<sup>2</sup> ), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**



**Pytanie 148**

**Pakiet 17**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne w obszarze krytycznym.**

**Pytanie 149**

**Pakiet 17**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu.**

**Pytanie 150**

**Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje zestawu, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje zestawu, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.**

**Pytanie 151**

**Pakiet 18 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

1 x osłona na kończynę 38x73 +/-2 cm 2-warstwowa

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 6 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy ( współczynnik pylenia ≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 175cm H<sub>2</sub>O), odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 152**

**Pakiet 18 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie

2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem chłonnym

1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm

1 x serweta 75x75 cm, przylepna

1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem





1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  6 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> odpornego na przenikanie płynów ( $> 175$ cm H<sub>2</sub>O, odpornego na rozrywanie na mokro ( $\geq 145$ kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 153**

**Pakiet 18 poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.**

**Pytanie 154**

**Pakiet 18 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305 +/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> , niskim współczynnikiem pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ , wysokiej odporności przenikanie płynów  $> 175$  cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze  $> 121$ g/m<sup>2</sup> i wysokiej absorpcji  $> 700$ ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 155**

**Pakiet 18 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy zaoferować obłożenie z serwetą U, której część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami celem właściwej aplikacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający doprecyzowuje, iż należy zaoferować obłożenie z serwetą U, której część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami celem właściwej aplikacji.**



**SZPITAL OGÓLNY**  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

**W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do: 14.10.2022 r. do godz. 09:00.**

**Dyrektor  
Szpitala Ogólnego  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie**

**mgr *Marta Romanowska***