



ZP - 13/2023

Piekary Śląskie, dn. 14.08.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę leków oraz wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 12, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozproszczenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 105cm², powierzchni całkowitej 168cm², rozmiar elektrody: 117x163,5mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 12, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SWZ

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
PROKURENT

Zofia Trzepaczyńska

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Izabela Bacik

Z poważaniem