

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl  
http://www.spzozwolsztyn.pl  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 09.02.2022 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/24/2022

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie”; TP/3/2022**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**ZESTAW IX**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, ochronnych, nitrylowych, bezpydrowych, kolor niebieski, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnątrz chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min.240mm, grubości: na palcu 0,12mm, na dłoni 0.08mm, rękawice bez proteń lateksu, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oznakowane na opakowaniu oraz potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone deklaracja producenta Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w rękawic. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

**ZESTAW X**

Czy można przedstawić jako dowód zgłoszenie przywózowe towarów zgodnie z pkt 5.4) 5) "ogłoszenie o zamówieniu 25\_01\_2022- rękawice" lub list dystrybucyjny od producenta, dowolny inny wybrany przez Zamawiająca dokument. Nasza firma dopiero wchodzi na rynek.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR**

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP



WRANKING 20  
SZPITALI 19

