



Poznań, dnia 28.11.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-94/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 14 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 5

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy w Części 2 punkcie 1 Zamawiający dopuści produkt "Igła punkcyjna typu OPU z pojedynczym światłem do oocytów do pompy ssącej z przewodem o dł. 800 mm. Igła jest cienkościenna o potrójnym ostrzu zapewniająca szybkie nakłucie, minimalizuje uszkodzenie tkanki jajnika, konstrukcja cienkiej ściany igły wykonanej z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwala utrzymać tę samą zewnętrzną średnicę igły przy większej średnicy wewnętrznej, minimalizując traumatyzację tkanek oraz zwiększając średnicę przepływu dla oocytu. Końcówka echogeniczna sięgająca samego końca igły na długości 5 mm, rączka igły o długości 3 cm wraz ze znacznikiem pozycji ostrza igły, rozmiar: 17G długość 350 mm, ponadto zestaw zawiera korek z zakończeniem typu LuerLock (wychodzący bezpośrednio z korka, nie prowadzi przez dodatkowy dren) do podłączenia do pompy aspiracyjnej, igła posiada połączenie bezpośrednio z korka również z konwencjonalną strzykawką z końcówką koncentryczną. Kontrola jakości: MEA – test jednej komórki $\geq 80\%$ po 96h, poziom endotoksyn $< 20\text{EU}$ /zestaw, sterylność SAL 10-6, test cytotoksyczności, test podrażnienia skóry, test śródskórny. Pakowana sterylnie pojedynczo."

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dzień dobry,
czy Zamawiający dopuści w części 6, chusteczki x64 o składzie WODA (99%), TREHALOZA, BENZOESAN SODU, KWAS CYTRYNOWY

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy. Chusteczki wodne mogą zawierać tylko naturalne produkty.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

