

Toruń, dnia 09-09-2024 r.

W.Sz.Z:TZ-280-87/24

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych oraz rękawic do podawania leków cytostatycznych.**

Sprostowanie do odpowiedzi udzielonych w dniu 04.09.2024 r.

Pytanie Nr 34 dot. Zadania Nr 5:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zgodność z normą EN 455 – 1,2,3 potwierdzona była przez europejską jednostkę notyfikowaną?

Jest :

Odpowiedź:

Tak.

A powinno być:

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału **V pkt 6 ppkt 6.6. litera „b” SWZ.**

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności z normą, wymaga oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z normami EN 455, EN 374, EN 420, EN 16523 lub normami równoważnymi oraz raporty wystawione przez Niezależne Laboratorium potwierdzające, że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F 1671, ASTM D 6978 lub normę równoważną, zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku stanowiącym specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego

W związku ze zmianami, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przedłuży termin **składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu**, stosownie do treści art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni informację o zmianie terminu składania ofert na stronie prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun po publikacji ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Z poważaniem

