	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

Elbląg, dnia 04.11.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku- uzupełnienie_2, Nr sprawy ZP/29/2024.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1 – p 39

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego o średnicy od CH 8 do CH14, w składzie: cewnik pigtail, kompatybilna igła rozrywalna, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący z opaską zaciskową.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 – p 43

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >40kg ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 – p 33

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie gwintowanej kaniuli do artroskopii barku o długościach 75mm oraz 90mm, średnice 5,0mm; 6,5mm; 8,0mm do wyboru przez Zamawiającego? Produkt jednorazowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 – p 40

Czy Zamawiający w pakiecie 40 dopuści:

Zestaw zawierający :

- 1 silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w XRO, długość 60cm średnica 2.0 x 3.2mm
- 1 wprowadzacz typu Desilet
- 1 igła typu Alena Fr 10
- 1 końcówka uciskowa (kod 2196.30)
- 1 17G igła długość 98mm
- 2 łączniki ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 – p 51

Czy Zamawiający w pakiecie 51 w poz 3 dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 – p 51

Czy Zamawiający w pakiecie 51 w poz 4, 10, 12 dopuści korki w opakowaniach handlowych po 1000 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 7 – p 51

Czy Zamawiający w pakiecie 51 w poz 9 dopuszcza probówkę o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8 – p 51


Czy Zamawiający w pakiecie 51 w pozycji 27 wymaga kamer typu Fast Read z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9 – p 51

Czy Zamawiający w pakiecie 51 w pozycjach 1,5,6,7,8,17,18,19,20,25 i 26 dopuści produkty ze stawką VAT 23%?

Prośbę swoją motywujemy tym iż w związku z wejściem w życie 26 maja 2022 nowego rozporządzenia 2017/746 które wprowadza bardziej rygorystyczne i szczegółowe przepisy dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych i powiązanych z nimi

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

produktów Producent, z którymi współpracujemy podjęli decyzję o zaprzestaniu oznaczania znakiem CE IVD niektórych produktów. Artykuły te zostały zaklasyfikowane jako wyroby „do ogólnego użytku laboratoryjnego”. Zmiana klasyfikacji wyrobów wiąże się z tym, że wyroby te nie są już wyrobem medycznym w związku z powyższym dla niżej wymienionych produktów obowiązuje 23% stawka VAT.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

Pytanie 10 – p 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów o następujących czułościach i swoistościach względem metody porównawczej PCR?

Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26%
 Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84%
 Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75%
 RSV czułość 94,12% swoistość 97,87%

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11 – p 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań zawierających 20 zestawów testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, wymaga przeliczenia ilości.

Pytanie 12 – p 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła u ludzi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w tych pozycjach, gdzie jednostką miary jest sztuka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 – p 51

Niektóre oferowane w pakiecie 51 wyroby tj: pipety typu Pasteura, końcówki do pipet automatycznych, bagietki laboratoryjne, ssawki gumowe do szklanych pipet, próbki szklane laboratoryjne, szczotki do próbek, nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%. W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu posiadania wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

Pytanie 15 – p 51

Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura z PE o dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml z podziałką.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16 – p 51

Prosimy o dopuszczenie korków do próbek 4 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17 – 51

Prosimy o dopuszczenie korków do próbek 11 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 – p 51


Czy Zamawiający miał na myśli korki do próbek 11 ml do pozycji nr 9?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

Pytanie 19 – p 51

Prosimy o dopuszczenie korków do próbek 4 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

Pytanie 20 – p 51

Czy Zamawiający miał na myśli korki do probówek 11 ml do pozycji nr 11?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

Pytanie 21 – p 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 – p 13

Szanowni Państwo, w związku z obawami o potencjalne naruszenie artykułu 99 ustawy oraz artykułu 281 ust. 1 pkt 5 dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o dopuszczenie produktów o funkcjach leczniczo-użytkowych w zakresie użytych kodów CPV na igły do portów i porty. Czy istnieje możliwość uwzględnienia tych produktów w specyfikacji warunków zamówienia, aby zapewnić uczciwą konkurencję?

Proponujemy : porty w całości wykonane z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm, pojemność 0,52ml – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica Możliwość podawania kontrastu PSI do 300 Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m) W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Dla pozycji 3 – 8F

Dla pozycji 4 – 6F

Odpowiedź: Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia według potrzeb, zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 – p 13

Czy Zamawiający dopuści: Port dostępu żylnego niskoprofilowy z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG, dwa otwory do przyszycia portu. Wysokość portu: 12mm, średnica membrany 12,5mm, podstawa portu: 29,9mm. Ciężar 6g Rozmiar 8,5F, długość cewnika 500mm.

Zestaw wprowadzający

-strzykawka 10 ml

- igła Seldingera (punkcyjna) 18G

- igła prosta 22 G x 30

- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu

- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu

- prowadnik J

- łącznik

- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z prowadnikiem

- tępy tunelizator

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24 – p 13

Czy Zamawiający dopuści: Port dostępu żylnego niskoprofilowy z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG, dwa otwory do przyszycia portu. Wysokość portu: 10,4mm, średnica membrany 9,7mm, podstawa portu: 25,5mm. Ciężar 4,55g Rozmiar 6,5F, długość cewnika 500mm.

Zestaw wprowadzający

-strzykawka 10 ml

- igła Seldingera (punkcyjna) 18G

- igła prosta 22 G x 30

- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu


- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu

- prowadnik J

- łącznik

- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z prowadnikiem

- tępy tunelizator

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25 – p 14

Szanowni Państwo, w związku z obawami o potencjalne naruszenie artykułu 99 ustawy oraz artykułu 281 ust. 1 pkt 5 dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o dopuszczenie produktów o funkcjach leczniczo-użytkowych w zakresie użytych kodów CPV na igły do portów i porty. Czy istnieje możliwość uwzględnienia tych produktów w specyfikacji warunków zamówienia, aby zapewnić uczciwą konkurencję? Produkty, które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta to: porty w całości wykonane z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu: 4,9g, Wysokość portu: 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm, pojemność 0,52ml – wyposażenie: mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g, igła wprowadzająca 18 G, rozrywalna koszulka, prowadnica. Możliwość podawania kontrastu PSI do 300 Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m) W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Dla pozycji 1 – 8F- średnica zewnętrzna cewnika 2,6mm, wewnętrzna 1,6mm

Dla pozycji 2 – 6F - średnica zewnętrzna cewnika 2,1mm, wewnętrzna 1,3mm

Dla pozycji 3 – 8F

Odpowiedź: Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia według potrzeb, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów w umowie dniach roboczych?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg. Ponadto, termin dostawy towaru i wymiany towaru wadliwego określony jest w dniach roboczych, zaś termin wskazany w §4 ust. 1 i §3 ust. 6 – w dniach kalendarzowych – co wprowadza wątpliwości interpretacyjne i z tego względu Wykonawca prosi o korektę.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapisy umowy we wskazanym zakresie.

Pytanie 27 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §3 ust. 5 i §4 ust. 1 projektu umowy, że czas realizacji reklamacji jakościowej rozpocznie bieg dopiero z chwilą dostarczenia Wykonawcy reklamowanego towaru, zaś reklamacji ilościowej – od czasu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji co do jakości towaru bez jego naocznego zbadania, wobec czego termin na jej załatwienie może biec dopiero od dostarczenia mu ww. produktu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy umowy w tym zakresie.

Pytanie 28 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §4 ust. 1-3 oraz §6 ust. 5 projektu umowy, że prawo Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym dotyczyć będzie tylko powtarzających się min. trzykrotnie, zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę uchybień, zaś kara umowna za zwłokę będzie należna tylko za okres do czasu rozwiązania umowy?

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony powinno nastąpić przed upływem okresu, na jaki została zawarta jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Z tego względu ww. prawo powinno aktualizować się po stronie Zamawiającego w przypadku wielokrotnych i rażących naruszeń, wynikających z winy Wykonawcy. Co więcej, w przypadku rozwiązania umowy, kara za zwłokę może być naliczana tylko do momentu rozwiązania.


Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie 29 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pkt 1 (w całości) w treści §5 ust. 3 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Niedochowanie terminu płatności przez Zamawiającego stanowi naruszenie warunków umowy i w takiej sytuacji Wykonawca musi mieć prawo podjęcia stosownych działań, w tym przerwania dostaw. Zaznaczyć należy przy tym, że Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych zaś nieregulowanie w terminie wymagalnych zobowiązań stanowi naruszenie

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

dyscypliny finansów publicznych. Ponadto, klauzula daje Zamawiającemu nieuzasadnioną przewagę względem Wykonawcy, co nie może mieć miejsca – współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać mu rentowność.
Odpowiedź: Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 30 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §6 ust. 1-3 projektu umowy, że:

- 1) kara za nieterminową dostawę lub nieterminowe załatwienie reklamacji naliczana będzie od ceny niedostarczonego w terminie lub niewymienionego w terminie na wolny od wad towaru a nie od całej wartości zamówienia;
- 2) uprawnienie do dokonania zakupu zastępczego aktualizuje się dopiero po wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania zaległej dostawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowo terminu?

Uzasadnienie:

- Kara umowna za zwłokę powinna stanowić ułamek wartości tylko tego towaru, który nie został dostarczony/wymieniony w terminie – w innym przypadku byłaby nieproporcjonalnie zawyżona, bowiem Zamawiający ponosi swoją szkodę jedynie w zakresie wartości brakujących/wadliwych produktów.

- Wykonawca prosi też o wskazanie, że zakup zastępczy będzie dopuszczalny dopiero po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania zaległego obowiązku i niewykonania ww. wezwania w wyznaczonym dodatkowo terminie. Zamawiający powinien dać Wykonawcy szansę na naprawienie powstałego uchybienia przed skorzystaniem z oferty podmiotu trzeciego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 31 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §6 ust. 7 projektu umowy, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosić będzie nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o obniżenie limitu sumy wszystkich kar możliwych do naliczenia na podstawie umowy – zmiana ma na celu uniknięcie rażącego wygórowania kar oraz ich miarkowania.

Odpowiedź: Zapisy umowy brzmią następująco: „7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.” W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 32 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §7 ust. 5 projektu umowy, że Zamawiający zrealizuje umowę w min. 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy ?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron. W ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 33 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie klauzul przewidujących obniżenie cen zaoferowanego towaru – tj. §7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 projektu umowy?

Uzasadnienie:


Ww. klauzula zapewnia Zamawiającemu nieuzasadnioną przewagę, naruszając zasadę kontraktowej równowagi stron. Przede wszystkim należy wskazać, że cena ofertowa stanowi wynik kalkulacji, która uwzględnia ryzyko zarówno obniżki, jak i podwyżki cen na rynku producentckim, wobec czego Zamawiający nie może oczekiwać od Wykonawcy rabatów/upustów. W przypadku waloryzacji, mechanizm ewentualnej obniżki powinien być analogiczny w stosunku do tego, który obowiązuje w odniesieniu do podwyżki cen – strony powinny bowiem posiadać analogiczne zabezpieczenie swoich interesów.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 34 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §7 ust. 3 projektu umowy, w ten sposób, że:

- 1) pierwsza zmiana wysokości wynagrodzenia może wejść w życie nie wcześniej niż w pierwszym miesiącu drugiego kwartału od dnia zawarcia umowy (pkt 3);
- 2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia określony zostanie na poziomie 4% w stosunku do ceny przyjętej do kalkulacji ceny ofertowej;
- 3) wykreślenie pkt 4;
- 4) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy 15% wartości netto wynagrodzenia pierwotnego w umowie (pkt 5);

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

5) wskazanie, że nowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona proporcjonalnie do wzrostu kosztów realizacji umowy przez Wykonawcę i będzie obowiązywać od miesiąca następującego po złożeniu wniosku o waloryzację? Uzasadnienie:

Skoro waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może następować raz na kwartał, to pierwsza zmiana powinna być dopuszczalna już w pierwszym miesiącu drugiego kwartału obowiązywania umowy, a nie po upływie 6 miesięcy od daty jej zawarcia. Ponadto, Wykonawca stoi na stanowisku, że ustawa PZP przewiduje określenie w treści umowy limitu dla wszystkich zmian wynagrodzenia, a nie dla poszczególnych zmian – dlatego prosi o wykreślenie pkt 4 z uwagi na brak podstaw do wprowadzenia do umowy takiego ograniczenia. Sama wartość maksymalna zmian w zakresie waloryzacji powinna zaś zostać określona na poziomie wyższym – Wykonawca proponuje 15% i zaznacza, że może to okazać się korzystne dla każdej ze stron. Co więcej, ustawa PZP przewiduje wymóg określenia w treści umowy poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniającego do żądania zmiany wynagrodzenia – czego w ocenie Wykonawcy brak w aktualnym brzmieniu projektu. W umowie brakuje również jednoznacznego wskazania, w jaki sposób zmiana cen materiałów i kosztów wpłynie na kwotę wynagrodzenia Wykonawcy i od którego momentu obowiązywać będzie zmiana kwoty wynagrodzenia – stąd prośba o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy umowy w zakresie wysokości waloryzacji z pkt 4) pytania.

Pytanie 35 – projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w §7 ust. 8 projektu umowy fragmentu: „przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.” ?

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony powinno nastąpić przed upływem okresu, na jaki została zawarta jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W sytuacji opisanej w ww. klauzuli, Zamawiający powinien realizować umowę do końca okresu jej obowiązywania, ewentualnie – wprowadzić prawo jej rozwiązania za wypowiedzeniem, by zapewnić Wykonawcy większą stabilność w zakresie wiążącego strony stosunku obligacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 36 – p 18

Czy Zamawiający wymaga aby bufony ekstrakcyjne były pakowane w niezależne pojemniki w objętości potrzebnej do wykonania jednego testu?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie eliminuje kwestie brakującego buforu ekstrakcyjnego w przypadku jednej butelki w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37 – p 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 20 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38 – p 18

Czy Zamawiający dopuści testy wykonywane tylko z materiału pobranego z ludzkich nosogardzieli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39 – p 18

Czy Zamawiający dopuści testy o następujących parametrach:

Antygen grypy A czułość 95%, swoistość 99,1%

Antygen grypy B czułość 92,9%, swoistość 99,1%

Antygen RSV czułość 94,3% swoistość 96,2%

Covid - 19 czułość 97% swoistość 99%?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40 – projekt umowy

Dotyczy § 6 ust. 3 „.....3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, ma prawo zakupić towar u innego dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Dostawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy cen zakupionych przez Zamawiającego towarów.”

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakupu interwencyjnego”?

2. Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający określił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu interwencyjnego na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup interwencyjny (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości wskazania przez Wykonawcę miejsca zakupu interwencyjnego, nie zmienia się warunków umowy.

Pytanie 41 – projekt umowy

Dotyczy § 7 ust. 5 „... 5. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego. Minimalna wartość niezrealizowanej umowy może obejmować do 40% wartości umowy określonej w §1, ust. 2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.”

1. Mając powyżej powołane zapisy specyfikacji warunków zamówienia, oraz mając na względzie, że Zamawiający prowadzi postępowanie w częściach (zadania, pakietach), pro-simy o odpowiednie dostosowanie powołanych zapisów aby każda z tych części stanowiła przedmiot oddzielnej Umowy lub w jakiś logiczny sposób odnosiła się do sytuacji wskazanej w ogłoszeniu. Powyższe wynika również z faktu, że na etapie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, nie ma wiedzy w zakresie jakich części jego oferta może zostać uznana za najkorzystniejszą a tym samym na etapie wykonania zamówienia brak wykonania dostaw dla jednej części nie może stanowić podstawy do naliczenia kar od całkowitej wartości tej Umowy.

2. Wnosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie procentowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości poszczególnych pozycji asortymentowych, gdyż jest to informacja konieczna do przygotowania rzetelnej oferty na okres dwóch lat. Wskazać należy, że w przypadku zawarcia Umowy na kilka grup asortymentowych może powstać sytuacja, że poziom realizacji niektórych pozycji asortymentowych jest znakomicie przekroczony a niektórych w stopniu minimalnym i bez wskazania chociaż zakresu wielkościowego po-woduje, że jakiegokolwiek obliczenia kosztów nie są możliwe.

3. Mając na względzie fakt, że Zamawiający wskazuje na minimalną wielkość Umowy, którą zobowiązuje się do wykonania, pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający wskazuje w aktualnym stanie na wielkość do 40%, co również może oznaczać, że jest to np. 25%, gdzie ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do wskazania minimalnej wielkości zrealizowania zamówienia. Mając powyższe na względzie wnosimy o wskazanie minimalnej wielkości zamówienia, którą Zamawiający zobowiązuje się wykonać – zamówić.

Odpowiedź: Zmienia się treść § 7 ust 5, wysokość wykorzystania minimalnego wykorzystania umowy 60%, reszta bez zmian.

Pytanie 42 – p 45

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny jednorazowego użytku o przestrzeni martwej 60 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,999%, oporze przepływu mniejszym lub równym 2mbar przy 30l/min oraz wadze 22,8g? Filtr bez PVC i lateksu, ze złączem kątowym oraz portem próbkującym. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43 – projekt umowy

§ 6 ust. 1 i 2 Czy zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych do 0,2 %?

§ 6 ust. 7 Czy zamawiający zmniejszy łączną wysokość kar umownych do 10 % wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 44 – p 18

Czy w Pakiecie 18 Zamawiający dopuści test o następujących czułościach i swoistościach dla wymazu z nosa, wyznaczonych wobec najlepszej i najbardziej dokładnej metody PCR:

Antygen grupy A czułość 85%, swoistość 99%; Antygen grupy B czułość 95%, swoistość 100%; Antygen RSV czułość 92,31%, swoistość 100%; Covid czułość 93%, swoistość 100%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 45 – p 18


Czy w Pakiecie 18 Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czasie odczytu wnoszącym poniżej 15 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46 – p 31

Prosimy w zakresie pakietu nr 31 o wydłużenie terminu dostaw, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z maksymalnie 3 dni roboczych do maksymalnie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wskazany maksymalny 3-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędności i celowego wydatkowania środków publicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Pytanie 47 – projekt umowy

Wnosimy wydłużenie terminu na wymianę towaru wadliwego na towar bez wad do 6 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego Wskazany maksymalny 4-dniowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych a niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 48 – projekt umowy

Dotyczy: Wzór umowy §4 ust.1 Wnosimy o odstąpienie od zapisów powyższego ustępu jako zbyt restrykcyjnego dla Wykonawcy. Zamawiający przewidział już we wzorze umowy kary umowne w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru wadliwego oraz przewidział możliwość zakupu interwencyjnego (§ 6 ust 2 i 3) co jest już dostatecznie dotkliwym środkiem dyscyplinującym dla Wykonawcy

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 49 – projekt umowy

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 do wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 50 – projekt umowy

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.2 do wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w §3 ust. 5., jednak nie więcej niż 5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 51 – projekt umowy

Dotyczy: Wzór umowy §6 ust.4 Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.4 do wysokości 5% wartości brutto umowy niezrealizowanej.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 52 – projekt umowy

Dotyczy: Wzór umowy §6 ust.7 Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 53 – p 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia w rozmiarach CH 6 – CH 10 dł. 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 54 – projekt umowy

§ 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55 – projekt umowy

§ 2 ust. 3 i §3 ust 3 Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień i reklamacji poprzez faks?


W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od składania zamówień za pomocą faksu.

Pytanie 56 – projekt umowy

§ 6 ust. 8 Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

Pytanie 57 – p 33

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 33 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:
 Kaniuła typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obróbka panewki stawu barkowego.

Dostępna w rozmiarze:

- o średnicy 7 mm i długości 70 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 58

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czujnika saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >40kg, kompatybilny z Nellcor, mikrobiologicznie czysty, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%, niezawierając lateksu, z kablem o długości około 90cm.

Opakowanie x 24 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 59 – p 21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek wykonany z ABS-u?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60 – p 21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek w opakowaniu zbiorczym a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61 – p 49

Czy Zamawiający dopuści aspirator do rozlanych płynów z drenem o długości min. 182cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 62 – p 50

Czy Zamawiający dopuści licznik igieł z nieprzezroczystym wieczkiem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63 – projekt umowy

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.


Pytanie 64 – projekt umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Pytanie 65 – projekt umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 66 – projekt umowy

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 67 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 68 – p 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z zakręcaną zakrętką pakowanych po 36 sztuk (w równej ilości 25 opakowań). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69 – p 52


Czy zamawiający dopuści na przeliczenie ilości opakowań na sztuki i zaproponowanie cen jednostkowych za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie 70 – p 52

Czy zamawiający w pakiecie nr 52 dopuści zaoferowanie pojemników wypełnionych 10% formaliną buforowaną o parametrach:

- Poz. a – Pojemnik 20 ml wypełniony 10ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 50szt.
- Poz. c – Pojemnik 35 ml wypełniony 20ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 32szt.
- Poz. d – Pojemnik 35 ml wypełniony 20ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 32szt.
- Poz. d – Pojemnik 50 ml wypełniony 30ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 32szt.
- Poz. e – Pojemnik 50 ml wypełniony 30ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 32szt.
- Poz. f – Pojemnik 100 ml wypełniony 50ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 20szt.
- Poz. g – Pojemnik 100 ml wypełniony 50ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 20szt.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Poz. g – Pojemnik 250 ml wypełniony 125ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 8szt.

Poz. h – Pojemnik 250 ml wypełniony 125ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 8szt.

Poz. i – Pojemnik 500 ml wypełniony 250ml formaliny, pojemnik zakręcany, op. 1szt.

Wszystkie proponowane pojemniki posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.)

Dopuszczenie ww. proponowanych pojemników zwiększy konkurencyjność oferty co za tym idzie ceny dla Zamawiającego będą bardziej korzystne.

Odpowiedź: a-g oraz j Zamawiający nie wyraża zgody, h Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71 – SWZ

Czy Zamawiający doda do pkt XIII ust. 1.1 zapis: „jeśli dotyczy”?

Niektóre oferowane w pakiecie 51 wyroby tj: probówki szklane laboratoryjne, szczotki do probówek nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%.

W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu posiadania wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

Pytanie 72 – p 51

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 51 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 – projekt umowy

Par. 2 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 pkt 1 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 74 – projekt umowy

Dot. par. 5. Prosimy o umożliwienie przesyłania faktur w formacie PDF drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 75 – projekt umowy

Dot. par. 6 pkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 4 wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto umowy niezrealizowanej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 76 – p 51

Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura z PE o dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml i całkowitej ~4ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 77 – p 51

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78 – p 51

Prosimy o dopuszczenie opak. po 10 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79 – p 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 80 – p 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81 – p 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych o poj. 5 ml, o podanych wymiarach 12x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82 – p 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do nawilżania tlenu z adapterem , zawierającego sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) o pojemności 350 ml, spełniającą normę sterylności USP 71 . Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwając pojemnik tworząc szczelne złącze . Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowany z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę . Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemów typu Respiflo, Aquapak m.in. Farum, Awamed. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 83 – p 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera kąтового jednorazowego użytku, podwójnie obrotowego z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii, złącze 15F/22M. Port dostępowy w osi adaptera i rurki do wprowadzania zintegrowany ze szczelną dwustopniową zatyczką umożliwi prowadzenia procedur odsysania, bronchofiberoskopii i BAL bez przerywania wentylacji pacjenta oraz kontynuację wentylacji w systemie zamkniętym po wykonaniu wymienionych procedur.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84 – p 20

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w związku z wymienionymi procedurami, do których produkt ma być przeznaczony oczekiwany w adapter ma być jałowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga adaptera kompatybilnego z zestawem do nawilżania tlenu z poz. 1

Pytanie 85 – p 45

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje w zad.45 filtra w klasie filtracji HEPA min. 13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 86 – p 45


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zad.45 filtra mechanicznego ze złączem kątowym o następujących parametrach: objętość oddechowa 150-800 ml, skuteczność HME 25mg H₂O/dm³, opór przepływu 2,3 cmH₂O, przestrzeń martwa 31 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999+%, waga: 23g.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 87 – p 49

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych klasyfikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby oferowane w postępowaniu, zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ww ustawy i tym samym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w przypadku zaferowania sprzętu, który nie jest wyrobem medycznym (Vat 23%) w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający oczekuje stosownego oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ, zmiany zostaną dołączone do wyjaśnień.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2		

Pytanie 88 – p 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dzieci składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników. Dren tlenowy zakończony lejkowatymi końcówkami żeńskimi. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 89 – p 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników. Dren tlenowy zakończony lejkowatymi końcówkami żeńskimi. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 90 – p 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji składający się z łącznika T, nebulizatora, ustnika i drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym 2,1 m. Sterylny, pakowany pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 91 – p 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dzieci składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników. Dren tlenowy zakończony lejkowatymi końcówkami żeńskimi. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pytanie 92 – p 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników. Dren tlenowy zakończony lejkowatymi końcówkami żeńskimi. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 93 – p 10

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj. 1650ml, w zestawie z: rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1m, maska twarzowa 4 i 5 (kodowana kolorem pierścienia, pompowany mankiet), Zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Możliwość podłączenia zastawki PEEP przy pomocy dodatkowej złączki. Pakowany pojedynczo w kartonik. Struktura worka zapewnia pewny chwyt worka. Bez lateksu i ftalanów?

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/29/2024</p>
<p>Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_2</p>		

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 94 – p 10

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550ml, w zestawie z: rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1m, maska twarzowa 2 (kodowana kolorem pierścienia, pompowany mankiet), maska w rozmiarze 3 dołączona osobno, Zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Możliwość podłączenia zastawki PEEP przy pomocy dodatkowej złączki. Pakowany pojedynczo w kartonik. Struktura worka zapewnia pewny chwyt worka. Bez lateksu i ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 95 – p 43

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >40kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96 – p 45

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza proste: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Nie zawiera ftalanów oraz lateksu
- Wykonany z PP
- Jednorazowego użytku
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 97 – p 21

Czy Zamawiający w pak 21 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku z poliamidu/tworzywa sztucznego, szczęki rozszycujące zszywki ze stali nierdzewnej zgodnej z ISO 7153-1. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski