



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁA
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 07.05.2024 roku

FZP.IV-241/37/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**WYROBY MEDYCZNE J.U. DO APTEKI SZPITALNEJ II**”. Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

ZADANIE 5

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Syntetyczny substytut kostny stanowiący połączenie hydroksyapatytu 5% i B-trójfosforanu wapnia 95%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 2.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści bloczki w rozm. 10x10x10mm, 10x10x25mm oraz 10x20x30mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 2 (płytki dociskowe do siatkownicy) dopuści produkt w opakowaniu zbiorczym 20 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ, zmienia się jedynie sposób konfekcjonowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podwieszki silikonowe sterylne, jednorazowego użytku, o długości 45cm i szerokości 2mm, dostępne w 4 kolorach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 50cm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Zadanie 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH6 z balonem 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Zadanie 1, pozycja 36-37

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8.

Zadanie 1, pozycja 38-42

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9.

Zadanie 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Pool w rozmiarze 3,8mm/7,59mm (śr.wew./śr.zew.) i długości 325mm, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Zadanie 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści łącznik przeźroczysty z kontrolą siły ssania?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 11.

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy jak na zdjęciu



Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 12.

Zadanie 8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kateteru w rozmiarze:

Poz.1 CH3

Poz.2 CH4

Poz.3 CH5

Poz.4 CH6

Poz.5 CH7

o długości 80cm analogicznie do podanej objętości?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 13.

Zapytania do w/w postępowania: dot. załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

1. Pytanie do zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny składający się w 75% z hydroksyapatytu i 25% z fosforan trójwapniowego, osteokondukcyjny, 100% biokompatybilny, porowatość 80-90%, rozmiar porów: 300–500 µm, produkt sterylny, o rozmiarach w następujących pozycjach:

1. cylinder 8x20mm,

2. blok 8x8x20mm,

3. blok 15x15x20mm,

4. blok 15x20x30mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 14.

Zapytania dotyczące zapisów projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ

1. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dookreśli.

Pytanie nr 15.

2. Czy Zamawiający usunie w §9 ust. 1 lit b z uwagi na zbyt daleko idące konsekwencje za naruszenie w przypadku jednoczesnego obciążenia karą umowną określoną w §8 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie usunie.

Pytanie nr 16.

3. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1 lit d, iż dwukrotna wadliwa dostawa uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dookreśli.

Pytanie nr 17.

4. Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty bez potrzeby wszczynania innych oddzielnych i kosztownych postępowań mediacyjnych?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający nie dookreśli.

Pytanie nr 18.**Pakiet 4 Poz.1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Dufour wykonanych z 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml. Rozmiary 18-24 Ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.