

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach przyrządów pomiarowych do wykonywania badań metodami: prądów wirowych, wizualną oraz ultradźwięków.
Nr sprawy 29/P/23

Informujemy, że w prowadzonym przez Instytut przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego w dniach 23.10 i 24.10.2023 r. wpłynęły zapytania - wnioski dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia (w części IV), stanowiącego załącznik do SWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

Pytania do części IV Dostawa przyrządów do badań metodą wizualną: Endoskopy z giętką sondą w ilości 30 sztuk

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość zdjęć i video – 1280x720?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozdzielczości zdjęć i video – 1280x720.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza źródło światła – 3 diody LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza źródła światła – 3 diody LED.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza średnicę kamery $6 \pm 0,2$ mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza średnicy kamery $6 \pm 0,2$ mm.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści endoskop posiadający źródło światła z 6 diod LED o bardzo wysokim stopniu natężenia oświetlenia oraz możliwością 4-stopniowej regulacji? Ponadto proponowany przez Wykonawcę endoskop posiada artykulację 4-kierunkową 360°, co zdecydowanie wpłynie na dokładność inspekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza endoskop posiadający źródło światła z 6 diod LED o bardzo wysokim stopniu natężenia oświetlenia z możliwością 4-stopniowej regulacji i posiadający artykulację 4-kierunkową 360°.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ oraz załączników.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.