



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W POZNANIU**

64-100 Leszno ul.Dekana 4, tel.65-526-82-01, fax.65-526-85-63, e-mail oum.poznan.leszno@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna
Znak fabryczny: SCALEX 1700
Wytwórca: Tamtron

Numer fabryczny : 200903
Rok produkcji : 2009

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 25 grudnia 2024 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

M.Z.O., Sp. z o.o., SPOK w Goli, 63-800 Gostyń

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne: Max 60000 kg
Działka legalizacyjna: e = 20 kg
Zakres tarowania :- 60000 kg

Obciążenie minimalne : Min 400 kg
Działka elementarna : d = 20 kg
Znak zatwierdzenia typu : T 5674
Klasa dokładności : III

WNIOSKODAWCA

Z.N.W, "LESTER", Marek Frąckowiak, ul. Okrzei 25, 64-100 Leszno

Wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 4 ust. 1, 2 i 5; § 6 ust. 1, 3 i 4, § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152)

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 (100 % wzorców masy) lub § 10 i § 11 ust. 5 (powyżej 50 % wzorców masy – opłata o 50 % wyższa) lub § 10 i § 11 ust. 6 (poniżej 50 % wzorców masy – opłata o 100 % wyższa) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na tabliczce znamionowej i obudowie wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 6 umieszczono na :

- obudowa miernika wagi -2 szt.
- dostęp do adjustacji -1 szt.
- listwa przyłączeniowa kabla przetworników -1 szt.
- skrzynka przyłączeniowa przetworników -2 szt.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM4.WZ3.45.1138.2022

Data wystawienia: 25 listopada 2022 r.



mgr p. Dyrektora
Jaczelnik/Wydziału Zamiejscowego
w Lesznie
Mariusz Jędrzejewski
Mariusz Jędrzejewski

m.p.