

Konin, 13.09.2019 r.

WSZ-EP-33/907/2019

wg rozdzielnika

### **WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

#### **Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie, jakich gazów medycznych będzie oczekiwał Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU będzie wymagał tlenu, próżni, powietrza oraz instalacji odciągu gazu anestetycznego.**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o wskazanie miejsca z którego należy poprowadzić instalację gazów medycznych. Prosimy również o określenie odległości punktu z którego planowane jest pobranie gazów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wpięcie instalacji gazów medycznych możliwe jest na korytarzu (pomieszczenia B156/B157 wg. PFU). W celu określenia odległości punktu z którego planowane jest pobranie gazów medycznych, Zamawiający udostępnił pomieszczenia dla dokonania wizji lokalnej.**

#### **Pytanie 3**

W związku z koniecznością instalacji konstrukcji zawieszenia sufitowego, a co za tym idzie koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę to jest 60 dni + 14 dni na uprawomocnienie pozwolenia.

**Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia - najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) oraz na platformie zakupowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie prac przygotowawczych przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wykonywania robót o charakterze remontowym przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, nie objętych koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania projektu aranżacji wnętrza? Wymóg wykonania projektu aranżacji wnętrza znacznie podraża wykonanie dokumentacji projektowej, oraz wydłuża jej wykonawstwo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wykonania projektu aranżacji wnętrza.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o wskazanie miejsca instalacji centrali wentylacyjnej.

**Odpowiedź:** Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja lokalna.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o wskazanie miejsca instalacji agregatów klimatyzacji.

**Odpowiedź:** Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja lokalna.

#### **Pytanie 8**

Jaki system SSP zamawiający ma zainstalowany w obiekcie? Czy istnieje możliwość rozbudowy istniejącego systemu SSP?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż posiada zainstalowany system ESSER oraz że istnieje możliwość rozbudowy istniejącego systemu.

#### **Pytanie 9**

W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się centrala pożarowa?

**Odpowiedź:** Odległość centrali ppoż od pomieszczeń wynosi około 100 m.

#### **Pytanie 10**

Jaka firma jest gwarantem lub konserwatorem systemu SSP?

**Odpowiedź:** Konserwatorem jest firma FLORTECH Sp. z o.o., ul. Sulańska 1, 62-510 Konin.

#### **Pytanie 11**

Czy w szpitalu istnieje system DSO, jak tak czy ma być zainstalowany w adaptowanych pomieszczeniach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie istnieje system DSO, jednakże w pomieszczeniach, w których będzie angiograf system ten nie jest wymagany.

#### **Pytanie 12**

W których pomieszczeniach zamawiający przewiduje montaż kontroli dostępu lub systemu domofonowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegóły do uzgodnienia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja lokalna.

### Pytanie 13

Czy kontrola dostępu ma być na indywidualna na każde przejście? A może istnieje jakiś system kontroli dostępu w szpitalu?

**Odpowiedź:** Kontrola dostępu zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że posiada kilka systemów kontroli dostępu niepowiązanych z realizowanym zadaniem.

### Pytanie 14

W jakiej odległości znajduje się punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej i sieci teletechnicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej oraz sieci teletechnicznej znajduje się w odległości około 40 m.

### Pytanie 15

Jakiego typu i kategorii ma być system strukturalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że system strukturalny powinien być typu F/FTP CAT.6.

### Pytanie 16

Czy punkt dystrybucyjny jest w pełni wyposażony na potrzeby adoptowanych pomieszczeń?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że punkt dystrybucyjny jest w pełni wyposażony na potrzeby adoptowanych pomieszczeń.

### Pytanie 17

Czy zamawiający przewiduje dostawę elementów aktywnych do punktu dystrybucyjnego lub do serwerowni?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przewiduje dostawę jednego przełącznika sieciowego Edge-Core ECS2100-52T.

### Pytanie 18

Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w adoptowanych pomieszczeniach! W jakiej odległości znajdują się tablice elektryczne, z których można poprowadzić nową instalację elektryczną na potrzeby nowych pomieszczeń?

**Odpowiedź:** Tablice elektryczne, z których można poprowadzić nową instalację elektryczną na potrzeby nowych pomieszczeń znajdują się w odległości około 40m.

### Pytanie 19

Czy zamawiający przewiduje montaż gniazd separowanych w sali angiografu?

**Odpowiedź:** Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym.

### Pytanie 20

Z jakiej rozdzielni można poprowadzić zasilanie podstawowe i rezerwowe do systemu IT?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zasilanie podstawowe i rezerwowe do systemu IT można poprowadzić z rozdzielni budynek „B” poziom -1.

### Pytanie 21

Czy szpital posiada UPS, który wspomaga system rezerwowego zasilania do momentu załączenia agregatu?

**Odpowiedź:** Istniejący UPS nie wspomaga systemu rezerwowego zasilania do momentu załączenia agregatu.

#### **Pytanie 22**

Czy istniejące zasilanie na potrzeby przyszłego aparatu podlega również wymianie?  
Jak tak to proszę o podanie odległości o rozdzielnicę oraz czy istnieje trasa kablowa na potrzeby nowego urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejące zasilanie na potrzeby przyszłego aparatu podlega również wymianie. Rozdzielnia znajduje się na poziomie -1, w odległości około 80 m. Zamawiający potwierdza, iż istnieje trasa kablowa na potrzeby nowego urządzenia.**

#### **Pytanie 23**

W przypadku konieczności wymiany zasilania aparatu – w rozdzielnicę istnieje wolne wyposażone pole?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w rozdzielnicę istnieje wolne pole.**

#### **Pytanie 24**

W którym miejscu mają znajdować się układy pomiarowe? Czy mają być podpięte do istniejącego systemu BMS?

**Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym.**

#### **Pytanie 25**

W którym miejscu mają znajdować się układy pomiarowe elektryczne? Czy mają być podpięte do istniejącego systemu BMS?

**Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym.**

#### **Pytanie 26**

W którym miejscu mają być podpięte układy pomiarowe dla wody?

**Odpowiedź: Układy pomiarowe dla wody mają być podpięte w szachcie instalacyjnym z możliwością odczytu.**

#### **Pytanie 27**

Pomiar energii elektrycznej ma być zainstalowany tylko na potrzeby angiografu, czy na potrzeby całej pracowni radiologicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomiar energii elektrycznej ma być zainstalowany na potrzeby całej pracowni radiologii zabiegowej.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.