



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.15.2023  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, 10.07.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: **„Dostawa laboratoryjnego dygestorium chemoodpornego z szafką wentylowaną wraz z jego instalacją i podłączeniem mediów oraz wentylacji mechanicznej”** wpłynęło kolejne pytanie Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie okna w dygestorium ze szkła klejonego, bezpiecznego VSG? Szkło bezpieczne powstaje w wyniku łączenia tafli szkła płaskiego za pomocą specjalnej folii. Szkło takie nie rozsypuje się po rozbiciu, a w miejscu uderzenia powstaje splot promieniście rozchodzących się pęknięć. Powszechnie w laboratoriach nie stosuje się szkła hartowanego, ponieważ przy ewentualnym wybuchu lub rozbiciu okna stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla operatora dygestorium.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szkło klejone, bezpieczne VSG spełniające wymogi dla dygestorium chemoodpornego.

Z upoważnienia  
Dyrektora Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
*(podpis nieczytelny)*  
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.