



Włocławek, dnia 06.12.2019r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa aparatu USG ginekologiczno – położniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Znak postępowania : DZP/85/2019.**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 221 - 541604, data przekazania: 12.11.2019 r., data publikacji: 15.11.2019 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 15.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą konweksową o zakresie częstotliwości 2-9 MHz, kącie obrazowania 72 stopnie i posiadającą 192 elementy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
*lek.med. Krzysztof Szczepański*

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kruszyńska  
Tel. 054 412 96 70  
Fax: 054 412 94 32



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00