

DOSTAWA LAMP CZOŁOWYCH

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści lampę czołową laryngologiczną, akumulatorową, bezprzewodową
Jasność 90k Lux, Plamka światła: 20 – 80mm w odległości 20cm z możliwością
ogniskowania

Żywotność do 50000h, moc 5W

Czas pracy baterii

≥ 7 h (maksymalna luminancja) BT552

≥ 3 godz. (maksymalna luminancja) BT556

Czas ładowania baterii

≤ 5 godz. BT552

≤ 2,5 godz. BT556

Waga lampy z akumulatorem 460g, waga lampy bez opaski 70g

Napięcie: 100 – 230 V \sim 50/60 Hz

możliwość współpracy z lupami binokularowymi o powiększeniach 2.5x-6.5x

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.