



#SZCZEPIMYSIĘ

WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 47/D/2021

WCKiK – SZP.2612.1.47/D/2021

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 47/D/2021.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 i 1598) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa chłodziarki do KKCz oraz urządzenia do schładzania i przechowywania FFP (Sprawa Nr 47/D/2021).

Pakiet nr 1

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami ze stali nierdzewnej z przezroczystym panelem przednim, ale bez perforowanego dna? Jednocześnie informujemy, iż proponowane przez nas rozwiązanie nie zaburza rotacji powietrza we wnętrzu urządzenia i pomiędzy pojemnikami z krwią.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 1400 mm x 800 mm x 1990 mm? Jest to różnica 1 cm w wymiarze szerokości, która nie powinna mieć dla Zamawiającego znaczenia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem kontrolnym z monochromatycznym tekstowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez czujnika temperatury otoczenia? Urządzenie ma służyć do przechowywania krwi, ale temperatura otoczenia nie jest parametrem istotnym dla wsadu (krwi). Oferujemy urządzenie z tolerancją najwyższej temperatury otoczenia +43st.C, dlatego też, mając na względzie zasady uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o z poziomem hałasu na poziomie 50 dB?

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 295 kg?

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym czujnikiem monitorującym i wyświetlającym temperaturę na rejestratorze kołowym i drugim monitorującym temperaturę w pojemniku referencyjnym z cieczą i wyświetlaniem na wyświetlaczu urządzenia?

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją blokowania panelu za pomocą hasła, ale bez możliwości ustawienia utworzenia kont dla minimum 6 Użytkowników? Blokowanie panelu hasłem skutecznie uniemożliwia zmianę nastaw osobom bez przeszkolenia w obsłudze urządzenia.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją kalibracji czujnika, ale nie trzy punktową? Jednopunktowa kalibracja czujnika w zupełności pozwala na skallibrowanie czujnika urządzenia z termometrem wzorcowym.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem bez przezroczystego frontu?

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 1440x860x1997 mm?

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wewnętrznym oświetleniem LED bez dedykowanego przycisku na panelu sterowania?

Pakiet nr 2

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z półkami ażurowymi stalowymi powlekanymi?

Odpowiedź na pytania nr 1-13

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2021r. do godz.09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021r. o godz. 9:05,

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj od dnia 28.09.2021r. do dnia 27.10.2021r

W imieniu Zamawiającego