



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 25-11-2021 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.32.2021.4

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2)
I ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, KALIBRATORÓW MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, EKSPLOATACYJNYCH I ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORÓW WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORÓW WG PAKIETÓW, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.32.2021

I. Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami poniżej:

Pytanie nr 42: dot. Pakiet nr 4: Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badań typu BLOT wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy.

Pakiet nr 4 – tabela 4A: odczynniki

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgG w osoczu (pozycja nr 3)?

Pytanie nr 43: dot. Pakiet nr 4: Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badań typu BLOT wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgG w osoczu (pozycja nr 4)?

Odpowiedź na pytanie nr 42 i 43: W związku z pytaniem nr 42 i 43 Zamawiający, **dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.4. do SWZ tj.: „Formularz Cenowy – Pakiet nr 4”, w poz. nr 3 oraz poz. nr 4 jak niżej. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że pytanie nr 43 dotyczące pozycji nr 4 winno dotyczyć „klasy IgM”.**

Tabela o nazwie „Pakiet nr 4 – tabela 4A: odczynniki” otrzymuje brzmienie jak niżej:

Było:

Pakiet nr 4 – tabela 4A: odczynniki									
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość oznaczeń	Nr katalogowy	Wartość opakowania netto PLN	Ilość opakowań na 36 miesięcy	Wartość netto PLN	Stawka VAT [%]	Cena brutto PLN	Wymagany termin ważności i min. 10 miesięcy *
1	Zestawy do diagnostyki zapalenia naczyń	912							
2	Zestawy do diagnostyki gastroenterologicznej	720							
3	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgG w surowicy i osoczu	432							

4	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgM w surowicy i osoczu	432								
5	Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych	1200								
6	Zestawy do diagnostyki chorób autoimmunologicznych wątroby	72								
RAZEM tabela 4A:								X		
<p>*UWAGA: Zaoferowanie przedmiotu zamówienia z terminem ważności poniżej 10 miesięcy spowoduje <u>odrzućcie oferty</u></p>										

JEST:

Pakiet nr 4 – tabela 4A: odczynniki									
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość oznaczeń	Nr katalogowy	Wartość opakowania netto PLN	Ilość opakowań na 36 miesięcy	Wartość netto PLN	Stawka VAT [%]	Cena brutto PLN	Wymagany termin ważności min. 10 miesięcy*
1	Zestawy do diagnostyki zapalenia naczyń	912							
2	Zestawy do diagnostyki gastroenterologicznej	720							
3	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgG w surowicy LUB osoczu	432							
4	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w klasie IgM w surowicy LUB osoczu	432							
5	Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych	1200							
6	Zestawy do diagnostyki chorób autoimmunologicznych wątroby	72							
RAZEM tabela 4A:								X	
<p>*UWAGA: Zaoferowanie przedmiotu zamówienia z terminem ważności poniżej 10 miesięcy spowoduje <u>odrzućcie oferty</u></p>									

Pytanie nr 44: dotyczy zał. 2.2B „Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)”, Tabela „Wymagane minimalne parametry techniczne”, „Złącza w obudowie”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie analizatora przez Nport (konwerter z RS232 do TCP/IP)?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na podłączenie analizatora przez Nport pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę pełnej kompatybilności z dostarczonymi aparatami diagnostycznymi.

Pytanie nr 45: dotyczy zał. 2.2B „Zakres równoważności pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office”, „Drukarka sieciowa”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki o prędkość druku w czerni (tryb normal, A4): 38 str./min?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na dostarczenie drukarki o prędkości druku w czerni 38 str. na min.

Pytanie nr 46: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. rozdz. V: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaznaczania w dokumentach fragmentów potwierdzających spełniane parametry i wyrazi zgodę na to by Wykonawca w nazwie plików załączanych dokumentów zawarł informację, które pozycje z parametrów wymaganych potwierdza dany dokument?

Odpowiedź na pytanie nr 46: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 47: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. formularza ofertowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

Odpowiedź na pytanie nr 47: TAK.

Pytanie nr 48: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A, tabela I pkt 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 48: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z pytaniem nr 48 Zamawiający, dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.3.A. do SWZ tj.:
 „Załącznik nr 2.3.A.: Parametry graniczne bezwzględnie wymagane – Pakiet nr 3’.

Pozycja nr 21 w tabeli nr I tj.: „I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów”, otrzymuje brzmienie jak niżej:

Było:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów			
21	Data ważności odczynników min 6 miesięcy od daty dostawy	Tak	

JEST:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów			
21	Data ważności odczynników min 4 - 6 miesięcy od daty dostawy	Tak	

Pytanie nr 49: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A, tabela I pkt 22 lit c oraz tabela II pkt 14 lit c oraz tabela III pkt 14 lit c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do max.48 godz. w dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr 49: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 50: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A, tabela I pkt 22 lit c oraz tabela II pkt 14 lit c oraz tabela III pkt 14 lit c: Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie sformułowania „w dni robocze”?

Odpowiedź na pytanie nr 50: TAK.

W związku z pytaniem nr 50 Zamawiający, dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.3.A. do SWZ tj.:
 „Załącznik nr 2.3.A.: Parametry graniczne bezwzględnie wymagane – Pakiet nr 3’.

- Pozycja nr 22 lit c) w tabeli nr I tj.: „I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów”;
- Pozycja nr 14 lit c) w tabeli nr II tj.: „II Aparat do barwienia metodą Grama”;
- Pozycja nr 14 lit c) w tabeli nr III tj.: „III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej”

otrzymują brzmienie jak niżej:

Było:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
<i>I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów</i>			
22	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz.	Tak	

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
<i>II Aparat do barwienia metodą Grama</i>			
14	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz.		

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
<i>III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej</i>			
14	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz.	Tak	

JEST:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
<i>I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów</i>			
22	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz. w dni robocze	Tak	

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
II Aparat do barwienia metodą Grama			
14	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz. w dni robocze		

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej			
14	Serwis; c/ czas reakcji serwisu – max.24 godz. w dni robocze	Tak	

Pytanie nr 51: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A, tabela I pkt 22 lit d oraz tabela II pkt 14 lit d oraz tabela III pkt 14 lit d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „czas przystąpienia do naprawy – max.48 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia

W przypadku stwierdzenia przez serwis, że usterka nie może być usunięta w ciągu 5 dni roboczych Oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie, do czasu naprawienia analizatora.”?

Odpowiedź na pytanie nr 51: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A, tabela I pkt 22 lit d oraz tabela II pkt 14 lit d oraz tabela III pkt 14 lit d: Jeżeli nie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „czas przystąpienia do naprawy – max.48 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia

W przypadku stwierdzenia przez serwis, że usterka nie może być usunięta w ciągu 3 dni roboczych Oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie, do czasu naprawienia analizatora.”?

Odpowiedź na pytanie nr 52: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 53: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. Załącznik 3.3.A. do wzoru umowy pkt 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w wersji papierowej?

Odpowiedź na pytanie nr 53: TAK.

W związku z pytaniem nr 53 Zamawiający, dokонуje modyfikacji Załącznika nr 3.3.A. do wzoru umowy tj.: „Załącznik 3.3.A. do wzoru umowy: Protokół instalacji i przekazania – Pakiet 3”

Punkt nr 3, tiret pierwsze, otrzymuje brzmienie jak niżej:

BYŁO:

3.Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :
- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

JEST:

3. Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :
- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim **w formie elektronicznej**

Pytanie nr 54: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. Załącznik 3.3.A. do wzoru umowy pkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się deklaracje CE w języku angielskim i odstąpi od wymogu dostarczania ich wraz z dostawą?

Odpowiedź na pytanie nr 54: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 55: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. załącznika nr 2.3.A tabela I pkt 22 lit. e oraz tabela II pkt 14 lit. e oraz tabela III pkt 14 lit. e: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „możliwość zgłoszenia awarii za pomocą e-mail przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy lub telefonicznie codziennie w godz. 8 – 16”?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Vide odpowiedź na pytanie nr 65.

Pytanie nr 56: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dotyczy parametrów Komputera typu ALL-IN-ONE: Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie sprzętu Komputer typu ALL-IN-ONE innej matrycy niż w technologii IPS WLED, czy możliwe jest zaoferowanie matrycy WVA?

Pytanie to wynika z wywołanych przez pandemię COVID-19 ogólnoswiatowych problemów dotyczących dostępności podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych, co skutkuje dość ograniczonym asortymentem sprzętu komputerowego.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania matrycę WVA.

Pytanie nr 57: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dotyczy parametrów Komputera typu ALL-IN-ONE: Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie sprzętu Komputer typu ALL-IN-ONE nagrywarki DVD+/-RW w formie zewnętrznego urządzenia podpinanego przez port USB?

Rozwiązanie w postaci opcjonalnego zewnętrznego napędu DVD+/-RW dostępne w podstawie o regulowanej wysokości było stosowane w komputerach aktualnie już nie produkowanych, komputery AIO zazwyczaj nie są wyposażone w napęd, stąd nasze pytanie czy zamawiający dopuści zastosowanie urządzenia zewnętrznego nie zintegrowanego z komputerem.

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznnej nagrywarki.

Pytanie nr 58: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dotyczy parametrów Komputera typu ALL-IN-ONE: Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie Komputer typu ALL-IN-ONE zasilacza o mocy max większej niż 155 W, czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie zasilacza na przykład o mocy 280W?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia mocy zasilacza.

Pytanie nr 59: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dotyczy parametrów Komputera typu ALL-IN-ONE: Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie Drukarka sieciowa sprzętu z nie zintegrowanym bębniem światłoczułym, z racji problemów z dostępnością podzespołów elektronicznych? Taki zapis bardzo ogranicza oferentowi możliwość zaoferowania sprzętu dostępnego na rynku.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający nie dopuszcza drukarki z nie zintegrowanym bębniem światłoczułym.

Pytanie nr 60: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dotyczy parametrów Komputera typu ALL-IN-ONE: Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści Drukarke HP LaserJet Ent M606dn i czytnik kodów kreskowych z 2016 roku, które obecnie znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego? I tym samym czy w PARAMETRACH GRANICZNYCH/BEZWZGLĘDNIIE WYMAGANYCH w części I w punkcie 3, w drugim podpunkcie Zamawiający dopuści zaoferowanie zewnętrznego zestawu komputera sterującego oraz zasilacza awaryjnego z 2021 roku, natomiast czytnika kodów kreskowych i drukarki sieciowej z 2016r.?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z 2016 roku.

Pytanie nr 61: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści klimatyzator o standardowym zakresie temperatur 18-30 st. C?

Odpowiedź na pytanie nr 61: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Jakie wymiary posiada pomieszczenie, w którym ma być instalowany klimatyzator?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Wymiar pomieszczenia w którym będzie zamontowany klimatyzator 7 x 5 m.

Pytanie nr 63: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Czy w §3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyki były dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 63: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 64: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Czy w §3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji BHP w formie załaminowanej?

Odpowiedź na pytanie nr 64: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Czy w PARAMETRACH GRANICZNYCH/BEZWZGLĘDNIIE WYMAGANYCH w części I w punkcie 22, w części II w punkcie 14 oraz w części III w punkcie 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Serwis:

a/ Bezpłatny serwis przez cały okres dzierżawy aparatu. Uwzględnia dojazd, koszty napraw, wymiana podzespołów, wymiana części zużywalnych

b/ Okresowe przeglądy aparatu zgodnie z zaleceniami producenta

c/ czas reakcji serwisu – max.48 godz. w dni robocze

d/ czas przystąpienia do naprawy – max.48 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia

W przypadku stwierdzenia przez serwis, że usterka nie może być usunięta w ciągu 5 dni roboczych, oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w ofercie, do czasu naprawienia analizatora.

e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii e-mailem przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy, lub telefonicznie w godz. 8-16 przez 7 dni w tygodniu

f/ instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt oferenta.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Punkt e) TAK, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

W związku z pytaniem nr 55 i 65, które dotyczą zapisów załącznika nr 2.3.A do SWZ, Zamawiający, **dokonyuje modyfikacji** Załącznika nr 2.3.A. do SWZ tj.: „Załącznik nr 2.3.A.: Parametry graniczne bezwzględnie wymagane – Pakiet nr 3”.

- Pozycja nr 22 lit e) w tabeli nr I tj.: „I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów”;
- Pozycja nr 14 lit e) w tabeli nr II tj.: „II Aparat do barwienia metodą Grama”;
- Pozycja nr 14 lit e) w tabeli nr III tj.: „III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej”

otrzymują brzmienie jak niżej:

BYŁO:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów			
22	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy	Tak	

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
II Aparat do barwienia metodą Grama			
14	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy		

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej			
14	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy	Tak	

JEST:

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
I Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów			
22	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii e-mailem przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy, lub telefonicznie w godz. 8-16 przez 7 dni w tygodniu	Tak	

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
II Aparat do barwienia metodą Grama			
14	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii e-mailem przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy, lub telefonicznie w godz. 8-16 przez 7 dni w tygodniu		

L.p.	Parametr/Warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany, Tak/Nie, podać nr str. oferty na której znajduje się dokument potwierdzający spełnienie warunku. (wypełnia Wykonawca)
III Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej			
14	Serwis; e/ dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy możliwość zgłoszenia awarii e-mailem przez 24 godz / dobę przez 7 dni w tygodniu/ także w dni wolne od pracy, lub telefonicznie w godz. 8-16 przez 7 dni w tygodniu	Tak	

Pytanie nr 66: Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

Dot. pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję 56 i wycenę materiałów zużywalnych do Aparatu do barwienia metodą Grama?

Odpowiedź na pytanie nr 66: NIE, Zamawiający nie wyrażą zgody na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej (Formularz cenowy).

Pytanie nr 67: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie dni (min. 2 dni, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego za pomocą e-maila na adres:”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę sposobu składania zamówień z formy telefonicznej na formę elektroniczną (e-mail). Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej. Ponadto Wykonawca przy telefonicznej formie składania zamówień w żaden sposób nie jest w stanie zweryfikować tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień.

Odpowiedź na pytanie nr 67: TAK.

W związku z pytaniem nr 67, Zamawiający, dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj.

Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§1 ust. 3 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie dni (min. 2 dni, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego za pomocą e-maila na adres:”

Pytanie nr 68: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020.1666.ze zm.).

Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie PDF, DATA-FARM, (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM).”?

Odpowiedź na pytanie nr 68: TAK.

W związku z pytaniem nr 68, Zamawiający, dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§1 ust. 5 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020.1666.ze zm.).

Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie PDF, DATA-FARM, (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM).”

Pytanie nr 69: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§1 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie dni (min. 2 dni, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach za pośrednictwem emaila przesłanego na adres:”?

Odpowiedź na pytanie nr 69: TAK.

W związku z pytaniem nr 69, Zamawiający, dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§1 ust. 8 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie dni (min. 2 dni, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach za pośrednictwem emaila przesłanego na adres:”

Pytanie nr 70: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§1 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź na pytanie nr 70: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale V pkt. 2 SWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od wezwania drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na numer

....., e-mailem na adres: pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?

Odpowiedź na pytanie nr 71: TAK.

W związku z pytaniem nr 71, Zamawiający, dokонуje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj.

Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§1 ust. 11 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale V ppkt. 2 SWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od wezwania drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na numer, e-mailem na adres: pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Pytanie nr 72: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę i instalację urządzeń do 30 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 72: TAK.

W związku z pytaniem nr 72, Zamawiający, dokонуje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj.

Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§3 ust. 3 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisanego w §10 umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy urządzeń Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Działu Aparatury Medycznej - tel. 261 660 128 (462) (468), celem właściwej realizacji. **Termin dostawy urządzenia należy ustalić z pracownikami Działu Aparatury Medycznej tel. 261 660 128 (462) (468). Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 261 660 437 , pracownik Pracowni Mikrobiologii tel. 261 660 626 wraz z pracownikiem Działu Aparatury Medycznej tel. 261 660 128 (462) (468).”**

Pytanie nr 73: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§3 ust. 3 – Jeżeli nie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę i instalację urządzeń do 20 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Wg odpowiedzi twierdzącej, udzielonej w odniesieniu do pytania nr 72: termin dostawy i instalacji urządzeń do 30 dni roboczych.

Pytanie nr 74: Pytania do Umowy dot. pakietu nr 3:

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 4 oraz za najem sprzętu, wg §3 ust. 4 umowy w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer zamówienia lub numer umowy na fakturze VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 74: TAK.

W związku z pytaniem nr 74, Zamawiający, dokонуje modyfikacji Załącznika nr 3.3. do SWZ tj.

Projektowane postanowienia umowy – Pakiet nr 3.

§4 ust. 2 otrzymuje brzmienie, jak niżej:

„Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 4 oraz za najem sprzętu, wg §3 ust. 4 umowy w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić **numer zamówienia lub numer umowy** na fakturze VAT”

II. Zmiana terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy PZP **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 8-12-2021 r.**

W związku ze zmianą terminu otwarcia ofert Zamawiający **MODYFIKUJE zapisy SWZ** w zakresie **terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert**. Stosowne rozdziały SWZ tj.: rozdział XIV pkt 1; rozdział XVII pkt 2; rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymują brzmienie jak niżej:

XIV. TERMIN związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 7-3-2022 r.**

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **8-12-2021 r. do godz. 10:30.**

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Planowany termin otwarcia ofert – **8-12-2021 r.** o godzinie 11:00.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 4 w zw. z art. 135 ust. 3 ustawy PZP, dokonuje zmian treści ogłoszenia o zamówieniu o nr referencyjnym **2021/S 204-532389** (Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 204-532389) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Załączniki:

- 1) sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – nr sprostowania: **2021/S 228-600234**

/z up. Komendanta Szpitala,
Piotr Strąg – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych/