



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 29.01.2024 r.
EZ/3/2024/.....*73*

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 3/2024
dotyczy: **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia.

Do pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemność prób badanych minimum 42 próbek załadowanych jednocześnie, a pojemność magazynu na karty minimum 148 kart?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza analizator o pojemność prób badanych minimum 42 próbek załadowanych

Jednocześnie i pojemność magazynu na karty minimum 148 kart.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SWZ Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia.

Do pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wydajność każdego analizatora minimum 28 grup z badaniem przeciwciał

odpornościowych na godzinę?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wydajność każdego analizatora minimum 28 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na godzinę.

Z poważaniem,
mgr inż. Magdalena Kraszewska

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia