



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869  
<http://www.szpital.miechow.pl>,  
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 24 listopada 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 46/2020** – Dostawa urządzeń do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej dla Szpitala św. Anny w Miechowie

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

**Dotyczy załącznik 2 ppkt .23. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od parametru w ppkt.23-** Sterylny zestaw jednorazowego użytku składający się z wysokowydajnego filtra HME z elementem grzewczym i adapterem źródła wody. Wykonane z goreteksu membrany umożliwiają przenikanie pary wodnej i nawilżenie gazów wentylacyjnych. Proces ogrzewania ww. zestawu powoduje parowanie, które ogrzewa i nawilża powietrze. Każdy zestaw zawiera filtr oraz złączkę T HME.

**Zamawiający wymaga dostarczenia 1 zestawu.**

Jesteśmy dystrybutorem aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej od ponad 5 lat ,w w/w aparacie taki filtr nie ma zastosowania .Przy pozytywnej decyzji ,chcielibyśmy złożyć konkurencyjną ofertę zarówno cenową jak i długi okres gwarancji na sprzęt od firmy sprzedającej w/w oraz inny sprzęt od ponad 30 lat

**Ad. 1 Zamawiający odstępuje od wymogu parametru opisanego w punkcie 23 załącznika nr 2 do SIWZ.**

**Jednocześnie informujemy o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Właściwa publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załącznikach do postępowania.**

**Podpis elektroniczny**