



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Wrocław 23.12.2024

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Chłodziarki farmaceutycznej.

**Znak sprawy: Szp242/FZ-21/2024**

## PYTANIA –BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SPÓŁKA JAWNA

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności użytkowej (netto)140 litrów i o wymiarach 600x650x805 (mm),spełniającą wszystkie wymagania? Oznacza to chłodziarkę o pojemności zaledwie 1 litr mniejszej od wymaganej , przy mniejszych wymiarach zewnętrznych.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę farmaceutyczną o wyżej wymienionych parametrach.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZYOPATRZENIA

*Romana Komora*

STARSZY INSPEKTOR  
ds. zaopatrzenia  
*Urszula Pisching*