

PZP.262.13.2020.7.VJW

Olsztyn 11.03.2020r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH i SPRZĘTU LABORATORYJNEGO z podziałem na 11 zadań:

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA WYKONAWCY i ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytania do umowy:

1. Dotyczy: Zadanie I, poz. 62, 63. Produkty o numerze katalogowym 1.46231.0020 oraz 1.46549.0020 zostały wycofane z oferty Producenta. Czy Zamawiający może wykreślić powyższe pozycje z formularza asortymentowo-cenowego?

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 62 i 63. Wg wiedzy Zamawiającego towar na rynku jest dostępny od ręki.

2. Dotyczy: Zadanie VII, poz. 7 d) : „Cylinder miarowy ze szkła DURAN kl. A ozn. niebieski z dzióbkiem – poj. 200 ml”. Producent nie posiada w swojej ofercie produktu o podanej pojemności. Standardowe i powszechnie oferowane przez wszystkich Producentów pojemności cylindrów to 250 ml bądź 100 ml.
Czy Zamawiający może zmienić wymagania dotyczące pojemności produktu bądź usunąć pozycję z zapytania?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pojemności na 250 ml.

3. Dotyczy: Treść SIWS, Część I – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5.: ”Proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia dla każdego z zadań musi spełniać następujące wymagania: (...) d) być oznakowanym i posiadać karty charakterystyki, certyfikaty lub świadectwa jakości i instrukcje w języku polskim, e) przy każdej dostawie wymagane są certyfikaty jakości asortymentów, dla których ma to zastosowanie.”

Zamawiający wnosi o zmianę treści SIWS następująco: ”Proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia dla każdego z zadań musi spełniać następujące wymagania: (...) d) być oznakowanym i posiadać karty charakterystyki, certyfikaty lub świadectwa jakości i instrukcje w języku polskim lub angielskim, e) przy każdej dostawie wymagane są certyfikaty jakości asortymentów, dla których ma to zastosowanie.”

Uzasadnienie: Wykonawca ma dostęp do wymienionych dokumentów w takiej postaci jaka jest wydawana przez Producenta. W znacznej większości produkty z zapytania przetargowego są produktami zagranicznymi, nieposiadającymi dokumentacji polskiej. Powyższy zapis dodatkowo obciąża Wykonawcę, ponieważ musi ponieść koszty tłumaczeń bardzo dużej ilości dokumentów, co powoduje znaczny wzrost cen produktów przy wycenie.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ zaproponowaną w pytaniu i w tym zakresie zmienia w części I ust. 5 lit. d) i lit. e). Po zmianie treść lit. d) i lit. e) otrzymuje brzmienie:

- d) być oznakowanym i posiadać karty charakterystyki, certyfikaty lub świadectwa jakości i instrukcje w języku polskim lub angielskim,
- e) przy każdej dostawie wymagane są certyfikaty jakości asortymentów, dla których ma to zastosowanie.