



**Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie**

ZP-12/20

Kraków, 28.07.2020r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym nr: ZP-12/20:

Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych / analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

Do dnia 24.07.2020r. do godziny 08:00 wpłynęły oferty dwóch Wykonawców:

1. Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Cena brutto oferty: 6 277 068,00 zł, w tym cena brutto zamówienia podstawowego i zamówienia z prawa opcji jest równa i wynosi po 3 138 534,00 zł.
2. Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. Cena brutto oferty: 6 903 063,52 zł, w tym cena brutto zamówienia podstawowego i zamówienia z prawa opcji jest równa i wynosi po 3 451 531,76 zł.

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Odrzucono ofertę Wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., gdyż wskazany Wykonawca nie dołączył do oferty ekspertyzy konstrukcyjnej wykonanej przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, potwierdzającej możliwość posadowienia wszystkich, określonych imiennie, oferowanych przez Wykonawcę urządzeń w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (pomieszczenie nr 3.6 położone na trzecim piętrze budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego) bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek wskazanych wyżej pomieszczeń bądź innych pomieszczeń lub elementów konstrukcyjnych znajdujących się budynku stanowiącym siedzibę Zamawiającego. Każdy Wykonawca miał dostarczyć taką ekspertyzę w przypadku gdy masa każdego z oferowanych, gotowych do pracy analizatorów/automatycznych systemów (z wyłączeniem osobno stojących komputerów, lodówek itp.) wraz z maksymalnym dopuszczalnym ładunkiem przekraczała 200 kg/m².

Zaoferowane przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o analizatory o nazwie cobas 6800 fixed, cobas Synergy przekraczają metrum wagi, która pozwala odstąpić od obowiązku załączenia do oferty w/w ekspertyzy. Tym samym Zamawiający zmuszony był orzec jak w sentencji pisma.

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

1. Czas potrzebny do uzyskania wyniku pilnego (cito) liczony od momentu wystawienia próbki na pokład analizatora do uzyskania ważnego wyniku, biorąc pod uwagę najdłuższy możliwy scenariusz. Najkrótszy czas z badanych ofert 10 pkt., pozostałe – proporcjonalnie do wzoru:

$$T_{3\text{NAT}} = \frac{\text{Najkrótszy czas}}{\text{Czas badany}} \times 10 \text{ (liczba punktów w kryterium).}$$

Pod pojęciem najdłuższy możliwy scenariusz rozumie się:

- przygotowanie odczynnika
 - wykonanie oznaczenia
 - otrzymanie wyniku ostatecznego,
- przy założeniu, iż wynik ostateczny jest ujemny, a aparat nie wykonuje w tym czasie innych oznaczeń.

2. Największa deklarowana wydajność sprzętu liczona jako ilość przebadanych donacji w pulach zadeklarowanej ilości. Do kalkulacji należy przyjąć wykonywanie wyłącznie badań RNA HCV + RNA HIV + DNA HBV w ciągu 10 godzin, z uwzględnieniem etapu pulowania, zakładając że wszystkie wyniki są ujemne – 10 pkt. Pozostali Wykonawcy zostaną sklasyfikowani według wzoru:

$$W_{3\text{NAT}} = \frac{\text{Wydajność oferty ocenianej}}{\text{Najwyższa wydajność z ofert badanych}} \times 10 \text{ (liczba punktów w kryterium).}$$

3. Przestrzeń potrzebna na zainstalowanie całości aparatury do badań NAT (nie uwzględniając sprzętu komputerowego, drukarek ani zasilaczy UPS) - podać w m² z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najmniejsza przestrzeń - 5 pkt., pozostałe - 0 pkt.
4. Kontakt telefoniczny z serwisem w języku polskim poprzez zadeklarowany jeden numer telefonu przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu – 10 pkt.
5. Automatyczny System /Analizator umożliwiający badanie próbek w seriach w trybie ciągłego doładowywania – 5 pkt.

Punktacja:

Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa - Wykonawca otrzymuje łącznie 100 pkt.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie