



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/8/2022

Przasnysz, 01.02.2022 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający wymaga w/w certyfikat.

Pyt. 2

Dotyczy Pakietu nr 1, rękawów papierowo foliowych:

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z norma potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pyt. 3

Dotyczy Pakietu nr 1, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i foli minimum 6 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 4

Dotyczy Pakietu nr 1, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odp. Zamawiająca wymaga.

Pyt. 5

Dotyczy Pakietu nr 1, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Odp. Wskaźnik jednolitego prostokąta będzie również dopuszczony.

Pyt. 6

Dotyczy Pakietu nr 1, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 7

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozmiarze 400 mm/ 100 m?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych, rozróżnionych kolorystycznie okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 9

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 1:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Zamawiający wymaga dla zapewnienia prawidłowego odczytu.

Pyt. 10

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 3:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 11

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również samoklejący.

Pyt. 12

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 250 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 13

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 4:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 14

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 4:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 15

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 16

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet pakowanych po 500 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 17

Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do oceny filtr w rozmiarze 115x230mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18

Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów pakowanych po 1000 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 19

Dotyczy pakietu nr 4, pozycji nr 1 oraz 2:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza informacje w języku polskim jak iw języku angielskim.

Pyt. 20

Dotyczy pakietu nr 4, pozycji nr 1 oraz 2:

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odp. Zamawiający wymaga.

Z poważaniem:
DYREKTOR
SP ZŁOZ w Przasnyszu
Grzegorz Magnuszewski
mgr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405