



Wrocław 15.12.2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem 4 urządzeń pomiarowych, systemu do angioplastyki rotacyjnej oraz systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS, znak sprawy:4WSzKzP.SZP.2612.89.2022*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 6:** Czy w Pakiecie nr 1 poz. 9 Zamawiający dopuści protezy zbrojone zewnętrznie w postaci niezależnych pierścieni (pozostałe parametry zgodne z wymogami) ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z wymaganiami/opisem SWZ.**

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 4) *(do pobrania poniżej)*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §1 ust. 4)

**Odpowiedź na pytanie nr 8:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 9:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 10:** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §5 ust. 1) *(do pobrania poniżej)*

**Odpowiedź na pytanie nr 11:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 12:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1-6:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości: **0,5%** (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto **opóźnionej części dostawy** w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §1 ust. 4 lub §1 ust. 6 lub §7 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy**. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 0,5% ceny brutto **reklamowanej części dostawy**, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części dostawy**;

3) w wysokości 0,15 % ceny brutto **reklamowanej części dostawy**, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia wg § 6 ust.4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni roboczych, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części dostawy**.

5) w wysokości **0,5%** ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 lub §4ust.6 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto gwarantowanej wartości pakietu**;

6) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej** wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 13:** Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 1 ust. 20 o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą *first expired/first out*.”

**Odpowiedź na pytanie nr 13:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 14:** Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 1 ust. 21 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towaru pozostającego w miejscu przechowania”.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 15:** dotyczy Pakietu 11 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnik z filtrem do neuroprotekcji 0,014 cala o długości 190 oraz 300 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z wymaganiami/opisem SWZ.**

**Pytanie nr 16:** dotyczy Pakietu 10 poz.2 Czy Zamawiający dopuści przedłużające cewniki prowadzące o następujących parametrach:

- dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long
- średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm)
- długość systemu 150cm
- szaft typu hypotube
- pokrycie hydroficzne
- marker radioceniujący 2mm od końca dystalnego
- długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dościa promieniowego)

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji).**

Załączniki:

- 1) UMOWA PRZECHOWANIA( wzór)
- 2) UMOWA UDOSTĘPNIENIA ( wzór)