

Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.03.2024 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim”, znak sprawy SPZOZ.DLA.2300.02.2024**

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

### **1. Pakiet 1, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz porowatości 150 l/min/dm<sup>2</sup> w opakowaniach :

Poz. 1 – 150

Poz 2. – 50

Poz. 3 – 150

z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem liczby oferowanych opakowań w górę? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **2. Pakiet 2, poz. 1-6:**

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz porowatości 150 l/min/dm<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż : 2 kN/m, w poprzek: 0,90 kN/m, w opakowaniach :

Poz. 1 – 90

Poz. 2 – 150

Poz. 3 – 50

Poz. 4 – 150

Poz. 5 – 150

Poz. 6 – 50

z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem liczby oferowanych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**