

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/88/19

Sucha Beskidzka, dnia 07.01.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (IV)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 3 - Łóżeczko typu „ciepłe gniazdko” – pytanie do punktu nr 45 parametrów technicznych:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko typu „ciepłe gniazdko” gdzie materac nie posiada integralnych pasów zawierających guziki zatrzaskowe służących do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagających przywiązania materaca do stołu, oraz uchwytu do bezpiecznego przechowywania? Materacyk o wymiarach 610 × 340 mm, który jest wymagany w specyfikacji technicznej jest najmniejszym materacem grzewczym tego typu przeznaczonym do łóżeczek noworodkowych i inkubatorów gdzie nie ma potrzeby mocowania materacyków, ponieważ budowa tych łóżeczek wyklucza możliwość przesuwania się wewnątrz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
  
mgr Janusz Balczewski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Sabina Steczek

