

Konin, 23.10.2024 r.

WSZ-EP-51/1158/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa komory laminarnej w ramach wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-51/2024**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wyświetlaczem graficznym LCD z panelem sterowania wyposażonym w przyciski membranowe z menu w języku angielskim? Oferowana komora posiada przyjazny interfejs dla Użytkownika, zabezpieczony czterocyfrowym hasłem. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przychyła się częściowo do wniosku i dopuszcza: panel sterowania dotykowy bądź wyświetlacz graficzny LCD z panelem sterowania wyposażonym w przyciski membranowe z komunikacją w języku polskim ze wskaźnikiem co najmniej: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory, łącznego czasu pracy filtrów, zużycia filtrów.**

**W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności w pkt. 6, zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza panelu sterowania w języku angielskim z powodu trudności w odczytywaniu komunikatów podczas pracy oraz w przypadku awarii komory. Komunikaty w języku polskim ułatwiają obsługę komory.**

2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez wskazania temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej bez wskazania temperatury wewnątrz przestrzeni roboczej i na zewnątrz komory ze względu na rodzaj wykonywanych leków oraz brak możliwości udokumentowania właściwych warunków przygotowywania produktów leczniczych.**

3. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez wskazania temperatury na zewnątrz komory? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej bez wskazania temperatury na zewnątrz komory z powodu rodzaju wykonywanych leków oraz braku możliwości udokumentowania właściwych warunków przygotowywania produktów leczniczych we wszystkich wymaganych strefach pracy pracowni aseptycznej.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:  
Żaneta Borowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 -41-33*