



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 6

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 4824 /2022

Data: 22.11.2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 4624 / 2022**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### ***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 1***

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, powlekany, wchłaniający, wielowłóknowy, wykonany z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania do 70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 4***

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, wchłaniający, z poliglekaprону, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 5 poz. 12-17***

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 12-17?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

#### ***PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 9***

Czy Zamawiający dopuści siatki niewchłaniające, polipropylenowe, o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i wielkości oczek 1,3 x 2,0 mm?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***