

IZD.272.24.2022

Wołów, 03.10.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy części 2:**Pytanie nr 1:**

Pytanie dotyczy dostaw sprzętu laboratoryjnego a w szczególności występującego w załączniku 1.2 do SWZ. Czy zamawiający wymaga po dostawie, montaż i szkolenie z uruchomienia pomocy dydaktycznych?

odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga montażu dygestorium. Zamawiający wymaga szkolenia w zakresie obsługi aparatury kontrolno pomiarowej jeżeli do zestawów nie zostały dołączone instrukcje w języku polskim. Wymienione instrukcje mogą być w wersji elektronicznej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie psychrometru z zakresie -30 do +40 st.C w walizce transportowej z tworzywa. Model Wyspecyfikowany został wycofany z produkcji i nie będzie już dostępny.

odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza psychrometr w zakresie -30 do +40 st.C w walizce transportowej z tworzywa.

dotyczy części 3:**Pytanie nr 1:**

Pytanie dotyczy dostaw sprzętu laboratoryjnego a w szczególności występującego w załączniku 1.2 do SWZ. Czy zamawiający wymaga po dostawie, montaż i szkolenie z uruchomienia pomocy dydaktycznych?

odpowiedź nr 1

Zamawiający w kwestii dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w CKZiU w Wołowie wymaga aby jedynie zamontowano dygestorium i odbyło się szkolenie z prawidłowego jego uruchomienia i użytkowania.

STAROSTA**/-/****Janusz Dziarski**

Kierownik Zamawiającego



Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Bernadeta Mrózek-Sagan, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.