



AG 261-34/22

Starogard Gdański, dnia 31.10.2022 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawę odczynników laboratoryjnych.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: ustawa pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Pakiet nr 5: Prosimy o wydzielenie poz. 17 i 29-31 z pakietu nr 5 oraz o utworzenie z nicy odrębnego pakietu. Poz. 17 stanowi asortyment należący do zupełnie odmiennej grupy i służący innym celom niż pozostały asortyment zgromadzony w Pakiecie 5 (testy aglutynacyjne), natomiast poz. 29-31 są dedykowane do jednego rodzaju sprzętu laboratoryjnego i pozostają w portfolio tylko jednego wykonawcy, który może być wyłącznym oferentem w przedmiotowym postępowaniu; pozostawienie Pakietu nr 5 w obecnym kształcie uniemożliwia złożenie oferty zdecydowanej większości podmiotów oferujących testy diagnostyczne, lecz nie posiadających w swoim portfolio asortymentu z poz. 17 i 29-31, co praktycznie uniemożliwia zaistnienie realnej konkurencji pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu nr 5, gdyż obecne zestawienie asortymentu faworyzuje konkretny podmiot, któremu aktualny opis przedmiotu zamówienia nadaje faktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty. Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 5: Czy w Pakiecie nr 5 poz. 22 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który wykrywa A/WS/33 10 (H1N1); A/Mal/302/54 (H1N1); A/Virginia/ATCC3/2009 (H1N1); A/Hong Kong/8/68 (H3N2); A3/Port Chalmers/1/73 (H3N2); A5/Beijing/302/54 (H5N1); A7/Anhui/1/2013 (H7N9); B/R5; B/Russia/69; B/Lee/40; B/Hong Kong/5/72; B/Taiwan/2/62; B/GL/1739/54?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 5: Czy w Pakiecie nr 5 poz. 28 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu który w swoim zestawie posiada bufor zbiorczy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.