

Grodzisk Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2023 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2300.09.2023**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pakiet 6

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy hemoroidalny stapler okrężny, rozmiar 32 mm, do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- przezroczysty kartridż, rozwieracz odbytu, anoskop, obturator i nawlekacz do szwów
  - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,
  - sygnał dźwiękowy, który wskazuje, że stapler jest gotowy do uruchomienia
  - 32 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki, wysokość otwartej zszywki 3,8mm
  - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową
- Stapler pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy hemoroidalny stapler okrężny, rozmiar 33 mm, do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- przezroczysty kartridż, rozwieracz odbytu, anoskop, obturator i nawlekacz do szwów
  - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,
  - sygnał dźwiękowy, który wskazuje, że stapler jest gotowy do uruchomienia
  - 34 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki, wysokość otwartej zszywki 3,8mm
  - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową
- Stapler pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem i ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85,1mm i długości linii cięcia 82,9 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- bez systemu zabezpieczającego zespolenie
- 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub o wysokości 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach (do wyboru przez Zamawiającego)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **SPZOZ.DLA.2300.09.2023**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pytaniu do pozycji 3?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem i ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 100 o długości linii zszywek 103mm i długości linii cięcia 96 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w:

- dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku
- przycisk szybkiego zwalniania
- wskaźnik końca linii cięcia
- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,
- bez systemu zabezpieczającego zespolenie
- 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub o wysokości 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach (do wyboru przez Zamawiającego)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pytaniu do pozycji 5?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywacz do skóry jednorazowy: ilość zszywek 35 szt. /rozmiar zszywki 6,5 mm x 4,0 mm lub 7,0 mm x 4,5 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Przygotował:

- Agnieszka Linkiewicz-Mendel
- we współpracy-po konsultacji z:
- Małgorzata Haber