



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**  
**NIP: 9532582266 REGON: 340517145**

**Bydgoszcz, dnia 03.09.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  
Dostawa sprzęt jednorazowego użytku stosowanego w procedurach endoskopowych, NZZ/47/P/24

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/zmienia treść SWZ.

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści?

Pakiet nr 4

Poz 3 IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.19G, kateter 2,5 mm reszta zapisu bez zmian

Poz 4 IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.19G, kateter 2,5 mm, reszta zapisu bez zmian

Poz 5 IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.22G, kateter 2,2mm, reszta zapisu bez zmian

Poz 8 IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.22G, kateter 2,2mm, reszta zapisu bez zmian

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza w zakresie grupy 5 pozycja 3 IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.19G, kateter 2,5 przy zachowaniu pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza w zakresie grupy 5 pozycja 4 IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.19G, kateter 2,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza w zakresie grupy 5 pozycja 5 IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.22G, kateter 2,2mm przy zachowaniu pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza w zakresie grupy 5 pozycja 8 IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.22G, kateter 2,2mm, reszta zapisu przy zachowaniu pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:**

dotyczące umowy depozytu - paragraf 1 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w załączniku nr 3D do SWZ – Projekt umowy depozytu - paragraf 1 ust.5 z 1% na 0,5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

**Pytanie 3:**

Informacja - w ogłoszeniu podany jest termin składania ofert 09.09, a w swz 12.09 . Prosimy o informacje

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający zarówno ogłoszeniu zamówieniu jak i w SWZ poddał właściwe daty tj. 12.09.2024 r.

**Pytanie 4:**

Grupa 8 – Sonda

Czy zamawiający wymaga sondy wykonanej ze 100% silikonu?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Pytanie 5:**

Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 3D do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out”.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – załącznik nr 3D do SWZ – projekt umowy depozytu w następujący sposób:

W § 3 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Zamawiający zobowiązuje się pobierać z depozytu wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* w pierwszej kolejności wyroby/produkty z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out”.

**Pytanie 6:**

Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 3D do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z magazynu komisowego wyrobów, którym upłynął termin ważności.”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – załącznik nr 3D do SWZ – projekt umowy depozytu w następujący sposób:

W § 3 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów medycznych/produktów leczniczych\*, którym upłynął termin ważności”



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 22000  
ISO/IEC 27001



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

**Zamawiający**