



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX: 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz – NZP – 48 / 19

Łódź, dn. 21.01.2019r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki,
sprawa nr **ZP 56/18**

I. **Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1)** ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o **wyborze oferty najkorzystniejszej** w postępowaniu, który w odniesieniu do poszczególnych pakietów przedstawia się następująco:

Pakiet: 5

Oferta nr: 2 **Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A.; ul. Jana Kazimierza 16; 01-248 Warszawa**

Uzasadnienie dla pakietu 5: Jedyna oferta, spełnia wymagania SIWZ

Pakiet: 14

Oferta nr: 18 **ProCardia Medical sp. z o.o.; ul. rtm. W. Pileckiego 63; 02-781 Warszawa**

Uzasadnienie dla pakietu 14: Jedyna ważna oferta, spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet: 15

Oferta nr: 17 **Urtica Sp. z o.o.; ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław**

Uzasadnienie dla pakietu 15: Jedyna oferta, spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet: 29

Oferta nr: 17 **Urtica Sp. z o.o.; ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław**

Uzasadnienie dla pakietu 29: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, terminu pierwszej dostawy, terminu uzupełnienia wykorzystanego udostępnionego przedmiotu zamówienia oraz terminu rozpatrzenia reklamacji, spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet: 43

Oferta nr: 17 **Urtica Sp. z o.o.; ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław**

Uzasadnienie dla pakietu 43: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, terminu pierwszej dostawy, terminu uzupełnienia wykorzystanego udostępnionego przedmiotu zamówienia oraz terminu rozpatrzenia reklamacji, spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet: 44

Oferta nr: 2 **Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A.; ul. Jana Kazimierza 16; 01-248 Warszawa**

Uzasadnienie dla pakietu 44: Jedyna oferta, spełnia wymagania SIWZ

Pakiet: 46

Oferta nr: 2 **Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A.; ul. Jana Kazimierza 16; 01-248 Warszawa**

Uzasadnienie dla pakietu 46: Jedyna oferta, spełnia wymagania SIWZ

Pakiet: 59

Oferta nr: 1 **Volcano Europe Bvba Sprl.; Excelsiorlaan 41 1930 Zaventem Belgia**

Uzasadnienie dla pakietu 59: Jedyna oferta, spełnia wymagania SIWZ

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer Pakietu	Numer oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Punkty Cena	Termin pierwszej dostawy	Termin uzupełnienia wykorzystanego przedmiotu zamówienia	Termin rozpatrzenia reklamacji	Termin dostawy	Suma punkty
5	2	Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A. ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	60,00			20,00	20,00	100,00
14	17	Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	OERTA ODRZUCONA					
	18	ProCardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63 02-781 Warszawa	60,00	0,00	0,00	5,00		65,00
15	17	Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	60,00	10,00	20,00	10,00		100,00
29	11	Boston Scientific Polska Spółka z o.o. Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa	55,20	10,00	20,00	10,00		95,20
	17	Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	60,00	10,00	20,00	10,00		100,00
	18	ProCardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63 02-781 Warszawa	41,61	0,00	0,00	5,00		46,61
43	3	Billmed sp. z o.o. ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa	58,54	10,00	20,00	10,00		98,54
	16	IHT Polska Sp. z o.o. ul. Europejska 14D 02-964 Warszawa	59,17	10,00	20,00	10,00		99,17
	17	Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	60,00	10,00	20,00	10,00		100,00
44	2	Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A. ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	60,00	10,00	20,00	10,00		100,00
46	2	Centrala Farmaceutyczna CEFARM S. A. ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	60,00	10,00	20,00	10,00		100,00
59	1	Volcano Europe Bvba Sprl. Excelsiorlaan 41 1930 Zaventem Belgia	60,00	5,00	10,00	5,00		80,00

II. Na podstawie art. 92 ust. 1 Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty numer 17 złożonej przez Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław w zakresie pakietu 14 Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu Non Compliance

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W pakiecie 14 Zamawiający wymagał zaoferowania "Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu Non Compliance; typ: "rapid exchange"; średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm; **różne długości balonu: 6; 9, 12, 15, 21, 27 mm;** (...)"

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawił dokumenty katalogowe z których wynika, że **zaoferowane balony Apollo/802-XXXX., posiadają długości 8, 10, 12, 15, 18 mm** zatem nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie długości: 6, 9, 21 i 27 mm. W związku z tym Zamawiający ofertę odrzucił.

**Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez
Panią Elżbietę Szklarek
Dyrektora Szpitala**