



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/14/19

Sucha Beskidzka, dnia 27.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (II)** w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy: Pakiet 1

Łóżka szpitalne sztuk 23

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35o, która różni się nieznacznie od wartości wymaganej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery, pojedyncze, zwrotne koła, gwarantujące taką samą mobilność łóżka, co opisane rozwiązanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma szufladami wysuwanymi na prowadnicach ślizgowych, które są trwalsze od opisanego rozwiązania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z tworzywowych odlewów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat główny i boczny wykonane z płyty HPL o grubości 4mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Łóżka szpitalne sztuk 26

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni z obustronnym dostępem dla personelu, umieszczonej bezpośrednio przy segmentie pleców?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją wysuwanej półki na pościel w postaci wysuwanego szczytu od strony nóg, dzięki czemu pomiędzy szczytem a leżem powstaje platforma, którą można wykorzystać jako półkę na pościel?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma szufladami wysuwanymi na prowadnicach ślizgowych, które są trwalsze od opisanego rozwiązania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z tworzywowych odlewów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat główny i boczny wykonane z płyty HPL o grubości 4mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2

Stół operacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie -90o/+25o?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.


Pakiet 3

Fotel ginekologiczny 3szt

1. Czy Zamawiający dopuści w pkt 38 regulację segmentu siedziska w zakresie min. 0-15o?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Buczyński