



Chełm, dn. 23 marca 2023 r.

K-ZP.251.60.2023

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy postępowania pn.:** *Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności położniczych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.*

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie informuje, że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie:**

zadanie 9

Czy zamawiający wymaga w poz nr 1 strzykawki 100 ml lub 150 ml z końcówką cewnikową czy też strzykawki kompatybilnej z systemem żywieniowym PEG.

W takiej sytuacji strzykawka największa ma pojemność 60 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga strzykawki kompatybilnej z systemem żywieniowym PEG, dopuszcza pojemność 60ml.