



Poznań, dnia 12.12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-107/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę 70 elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Część nr 1

1. Czy w związku z pkt 11 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome (tj. segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia) oraz segment siedziska stały (jest to standardem przy łóżkach szpitalnych spełniającym najnowszą normę)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w związku z pkt 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w związku z pkt 21 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) bez możliwości blokady jednej osi kół, przy pozostawieniu drugiej osi skrętnej, ale z blokadą centralną kół oraz blokadą kierunkową?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w związku z pkt 24 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32°?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w związku z pkt 26 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z Trendelenburgiem 15,5 stopni oraz anty-Trendelenburgiem 15,5 stopni (suma odchyłu 31 stopni)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w związku z pkt 27 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający przez zapisy dotyczące barierek bocznych od frontu i od szczytu ma na myśli „szczyty łóżka”?

ODP. Zamawiający potwierdza.

7. Czy w związku z pkt 28 oraz pkt. między pkt. 27 i 28 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z barierkami bocznymi chroniącymi pacjenta na całej długości leża, dwuczściowymi w proporcjach 50% / 50%?

ODP. Zamawiający dopuszcza, przy czym zamawiający wymaga barierek tworzywowych.

8. Czy w związku z pkt 31 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.), gdzie barierki boczne po złożeniu schodzą poniżej poziomu materaca, ale nie powoduje to zwężenia całego łóżka (barierki nie wystają poza obrys łóżka)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy w związku z pkt 33 i 34 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z możliwością montażu wieszaka kroplówki w narożach łóżka od strony głowy jak i nóg pacjenta. W związku z obowiązującą sytuacją rynkową łóżka nie posiada zewnętrznej ramy i nie ma możliwości zamontowania tulei do montażu wieszaka kroplówki na wysokości biodra? Ewentualnie czy w związku z niniejszą sytuacją Zamawiający dopuści wieszak kroplówki profilowany, nachylony w stronę środka łóżka, co będzie rozwiązaniem zbliżonym do oczekiwania Zamawiającego?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy zamawiający dopuści uzyskanie funkcji opisanej w pkt. 36 tabeli z parametrami technicznymi poprzez wciśnięcie jednocześnie dwóch przycisków ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy w związku z pkt 38 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z krążkami odbojowymi tworzywowymi, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka (dodatkowo oferujemy dużo lepsze rozwiązanie jakim są krążki stożkowe dodatkowo zabezpieczające elementy wystające na salach podczas podnoszenia leża do góry)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy w związku z pkt 40 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z leżem metalowym (listwy metalowe na stałe) z dodatkowym wypełnieniem z polipropylenu, który można odejmować bez użycia narzędzi?

ODP. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu braku możliwości demontażu bez użycia narzędzi.

13. Czy w związku z pkt 41 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) wyposażone w materac w pokrowcu z materiału trudnopalnego (materiał przeszedł pozytywnie test „zapałki” i „tłącego się papierosa”)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.





14. Czy w związku z pkt 44 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) wyposażone w materac wykonany z jednego rodzaju pianki poliuretanowej?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza jednej warstwy.

15. Czy w związku z pkt 45 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) wyposażone w materac o grubości 10 cm?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje 40 szt. łóżek, czy 165 szt., gdyż w tabeli z parametrami technicznymi znajdują się sprzeczne zapisy?

ODP. Zamawiający oczekuje 40 szt.

Pytanie:

Część nr 2

1. Czy w związku z pkt 11 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome (tj. segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia) oraz segment siedziska stały (jest to standardem przy łóżkach szpitalnych spełniającym najnowszą normę)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w związku z pkt 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w związku z pkt 21 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) bez możliwości blokady jednej osi kół, przy pozostawieniu drugiej osi skrętnej, ale z blokadą centralną kół oraz blokadą kierunkową?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w związku z pkt 24 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32°?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w związku z pkt 26 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z Trendelenburgiem 15,5 stopni oraz anty-Trendelenburgiem 15,5 stopni (suma odchyłu 31 stopni)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w związku z pkt 27 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający przez zapisy dotyczące barierek bocznych od frontu i od szczytu ma na myśli „szczyty łóżka”?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w związku z pkt 28 oraz pkt. między pkt. 27 i 28 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (40 szt.) z barierkami bocznymi chroniącymi pacjenta na całej długości leża, dwuczęściowymi w proporcjach 50% / 50%?

ODP. Zamawiający dopuszcza, przy czym zamawiający wymaga barierek tworzywowych.

8. Czy w związku z pkt 31 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.), gdzie barierki boczne po złożeniu schodzą poniżej poziomu materaca, ale nie powoduje to zwężenia całego łóżka (barierki nie wystają poza obrys łóżka)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy w związku z pkt 33 i 34 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z możliwością montażu wieszaka kroplówki w narożach łóżka od strony głowy jak i nóg pacjenta. W związku z obowiązującą sytuacją rynkową łóżka nie posiada zewnętrznej ramy i nie ma możliwości zamontowania tulei do montażu wieszaka kroplówki na wysokości biodra? Ewentualnie czy w związku z niniejszą sytuacją Zamawiający dopuści wieszak kroplówki profilowany, nachylony w stronę środka łóżka, co będzie rozwiązaniem zbliżonym do oczekiwania Zamawiającego?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy zamawiający dopuści uzyskanie funkcji opisanej w pkt. 36 tabeli z parametrami technicznymi poprzez wciśnięcie jednocześnie dwóch przycisków ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy w związku z pkt 38 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z krążkami odbojowymi tworzywowymi, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka (dodatkowo oferujemy dużo lepsze rozwiązanie jakim są krążki stożkowe dodatkowo zabezpieczające elementy wystające na salach podczas podnoszenia leża do góry)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy w związku z pkt 40 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z leżem metalowym (listwy metalowe na stałe) z dodatkowym wypełnieniem z polipropylenu, który można odejmować bez użycia narzędzi?

ODP. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu braku możliwości demontażu bez użycia narzędzi.

13. Czy w związku z pkt 41 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) wyposażone w materac w pokrowcu z materiału trudnoplanego (materiał przeszedł pozytywnie test „zapałki” i „tłącego się papierosa”)?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy w związku z pkt 44 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) wyposażone w materac wykonany z jednego rodzaju pianki poliuretanowej?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza jednej warstwy.

15. Czy w związku z pkt 45 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) wyposażone w materac o grubości 10 cm?





GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje 30 szt. łóżek, czy 165 szt., gdyż w tabeli z parametrami technicznymi znajdują się sprzeczne zapisy?

ODP. Zamawiający oczekuje 30 szt.



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

