




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480 BDO: 000110316
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/43/2022

Przasnysz, 08.08.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: Dostawy zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem o następującej specyfikacji:

-Dotykowy monitor kompatybilny z oferowanymi bronchoskopami jednorazowego użytku, LCD, rozdzielczości obrazu 2736 x 1824 pikseli, wymiary (dł. x wys. x szer.): 345.44 mm x 214.12 mm x 58.42 mm, przekątna monitora 12,3", posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną 85 GB, możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A i przenoszenia danych na urządzenia przenośne, w zestawie pendrive o pojemności 32GB, automatyczna regulacja jasności, możliwość manualnej regulacji jasności, możliwość robienia i przechowywania filmów i zdjęć, posiada złącza DVI-D (1920x1080) oraz 3G-SDI (1920x1080)

-Bronchoskop jednorazowego użytku, sterylny, występujący w trzech wersjach: Slim o średnicy zewnętrznej 3.8 mm, w kolorze szarym, współpracujący z rurką intubacyjną 5.0 mm i rurką dwuświatłową 35Fr, Regular 5.0 mm, w kolorze niebieskim, współpracujący z rurką intubacyjną 6.0 mm i rurką dwuświatłową 41Fr, Large 5.8 mm, w kolorze pomarańczowym, współpracujący z rurką intubacyjną 7.0 mm, średnica wewnętrzna kanału roboczego 1.2 mm, 2.2 mm, 2.8 mm, min. zakres regulacji końcówki dystalnej: do góry 180° do dołu 180° (dla wszystkich rozmiarów), pole widzenia 90°, oświetlenie LED, długość części roboczej 600 mm, długość całkowita bronchoskopu 826 mm, zewnętrzna część kanału roboczego wykonana z poliuretanu (peletanu), wewnętrzna z Pebax-u, środkowa pokryta oplotem ze stali nierdzewnej, posiada możliwość robienia zdjęć z poziomu rękojeści, końcówka dystalna posiadająca kształt 'muszli' zapewniająca bardzo dobrą jakość ssania, możliwość wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt. indywidualnie zapakowanych bronchoskopów.

Odp. Zamawiający wymaga bronchofiberoskopu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
DYREKTOR
SPZZOZ w Przasnyszu
[Signature]
dr Grzegorz Magnuszewski