

Konin, 14.05.2024 r.

**WSZ-EP-9/565/2024**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”, nr sprawy WSZ-EP-9/2024**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**DOT. DOSTAWY PÓLMASEK**

1. Jakiej gramatury całkowitej warstw maski wymaga Zamawiający? Zamawiający wymaga maski 5 warstwowej jednocześnie nie podając całkowitej gramatury wymaganych warstw. Na rynku istnieją maski o różnej ilości warstw, które charakteryzują się różną gramaturą całkowitą jednocześnie spełniające wymagania norm oraz w tym przypadku pozostałe wymagania SWZ. Wymóg akurat 5 warstw bez podania całkowitej gramatury powoduje, że opis zawarty w SWZ jest na tyle nieprecyzyjny, że całkowicie wypacza możliwość racjonalnego wyboru oferty. Zamawiający wybierając maskę 5 warstwową o mniejszej całkowitej gramaturze warstw dokonuje wyboru nie racjonalnego mając możliwość wyboru maski np. 4 warstwowej o całkowitej większej gramaturze niż maska 5 warstwowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie określa gramatury całkowitej warstw maski.**

2. Ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek o następującej gramaturze:  
Warstwa zewnętrzna Spunbond: 60 +/- 2g/m<sup>2</sup>  
2 warstwy wewnętrzne Meltblown o łącznej gramaturze 55g/m<sup>2</sup> FFP3, 19g/m<sup>2</sup> FFP2  
Warstwa zewnętrzna Spunbond: 20 +/- 2g/m<sup>2</sup>

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie określa gramatury całkowitej warstw maski. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuści każdy produkt, który spełni wymogi określone w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:*  
Żaneta Borowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 41 33