

Kraków, dnia 4 października 2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III**  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-39/21**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby RCKiK w Krakowie** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga jedynie certyfikatu potwierdzającego spełnianie norm właściwych dla wyrobów medycznych (PN EN ISO 13485) lub innych norm równoważnych jeżeli spełnianie tych norm jest wymagane odrębnymi przepisami.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie folderów, katalogów, opisów oferowanego przedmiotu zamówienia, jako materiałów opracowanych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie kraju?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, w tym materiałów opracowanych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający rozważy wydłużenie możliwych godzin dostawy? Biorąc pod uwagę konieczność dojazdu i czas niezbędny do przeprowadzenia szkolenia godzina 13.00 może być zbyt wczesna.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża możliwość realizacji dostawy do godziny 15:00.**

**Pytanie nr 4:** Prosimy o doprecyzowanie czy dostawa ma się odbyć do wskazanej daty, z informacją 3 dni wcześniej o planowanym terminie. Czy w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa musi nastąpić do terminu wskazanego datą. Trzydniowy termin powiadomienia jest terminem technicznym, umożliwiającym zamawiającemu przygotowanie się do odbioru.**

**Pytanie nr 5:** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pkt 1.3.8 wyrazi zgodę na zaoferowanie dla urządzenia jednego, niezależnego przenośnego miernika poziomu ppm z czujnikami H2O2, z 3 stopniowym system alarmowym, optycznym, akustycznym i wibracyjnym, z wyświetlaczem LCD?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie

Jolanta Raś