

Wzorcownie termometrów i termohigrometru

1. Usługa obejmować będzie wzorcowanie termometru i termohigrometru,
2. Wymagane jest, aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025,
3. Koszty wysyłki i zwrotu termometru i termohigrometru ponosi zleceniodawca,
4. Świadectwa wzorcowania muszą być w języku polskim i spełniać wymagania Polskiego centrum Akredytacji odnośnie wzoru (zawierać symbol akredytacji PCA),
5. Po wykonanej usłudze Wykonawca powiadomi Użytkownika (zamawiającego) o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanych pomiarach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
6. Termin wykonania usługi do dwóch tygodni po przekazaniu urządzenia do wzorcowania,
7. Wzorcowanie i konserwacja odbywać się będzie w jednej transzy w siedzibie Wykonawcy.

	Punkty wzorcowania	Numer fabryczny	Termin wykonania
Termometr elektroniczny	-15°C 4°C 25 °C	IP65 LT-102	czerwiec 2023 r.
Termohigrometr typu LB-531	W trzech punktach pomiarowych wilgotności względnej w zakresie od 20% rh do 80 % rh w jednym punkcie pomiaru temperatury z zakresu od 15 °C do 25 °C.	121	czerwiec 2023 r.