



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 8 sierpnia 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę rękawic medycznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie Nr sprawy: **14/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

1.

Grupa 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitylowe teksturowane na palach o min. długości 290 mm, pozostałe zgodne z SWZ?

Ad. 1 Zamawiający dopuści rękawice o podanej wyżej długości pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów i wymogów jak w SWZ.

2.

Grupa 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawica z nitylu flokowana bawełną. Struktura z urzeźbieniem na stronie chwytnej i palcach. Długość: 33 cm. Grubość: 0,38 mm. Wkład: 100% nityl. Flokowanie: 100% bawełna. Rozmiar: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11. Spełniające normy: EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - RODZAJA, EN ISO 374-5: 2016, ISO 18889:2019; Kategoria III: ŚOI dla zagrożeń, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu (załącznik I, Rozporządzenie (UE) 2016/425). ?

Ad. 2 Zamawiający dopuści rękawice o podanych wyżej parametrach (długość, grubość), pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych wymogów jak w SWZ.

3.

Grupa 1, pozycja 3, Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawica z nitylu flokowana bawełną. Struktura z urzeźbieniem na stronie chwytnej i palcach. Długość: 33 cm. Grubość: 0,40 mm. Bez silikonu. Wkład: 100% nityl. Flokowanie: 100% bawełna. Rozmiar: 07, 08, 09, 10, 11. Spełniające normy: EN420:2003+A1:2009; EN388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016 - Typ B, EN ISO 374-5: 2016, ISO 18889:2019; Kategoria III: ŚOI dla zagrożeń, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu (załącznik I, Rozporządzenie (UE) 2016/425).?

Ad. 3 Zamawiający dopuści rękawice o podanych wyżej parametrach (długość, grubość), pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych wymogów jak w SWZ.

4.

Grupa 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści próbkę rękawic w dowolnym rozmiarze?

Ad. 4 Pozostaje jak w SWZ tj. próbka w rozmiarze 7,0.

5.

Grupa 1, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści uchwyt na rękawiczki wykonany z drutu stalowego o średnicy 4,5 mm o wymiarach 240x175x80 (±10) mm, pokryty farbą odporną na środki dezynfekcyjne lub farbą antybakteryjną o potwierdzonym działaniu w kierunku redukcji takich bakterii jak Escherichia

Coli czy MRSA. Konstrukcja uniwersalna, lekka i wytrzymała, nie ograniczająca widzialności informacji na opakowaniu. Dwa sposoby montażu – poprzez taśmy montażowe lub wkręty dołączone do uchwytu; możliwość montażu na wózku zabiegowym, łóżku pacjenta czy kolumnie anestetycznej za pomocą wyposażenia dodatkowego?

Ad. 5 Pozostaje jak w SWZ.

6.

Grupa 1, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o poniższym opisie: Rękawice diagnostyczne, niejałowe, winylowe, bezpydrowe, AQL1,5 .Grubość pojedynczej ścianki palca max.0,12mm. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością . Bez zawartości DEHP/DOP – oświadczenie producenta. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie oznakowane: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, w / g potrzeby Zamawiającego Op. a'100szt ?

Ad. 6 Pozostaje jak w SWZ , tj. AQL 1,0 bez zawartości DEHP/DOP (fabryczna informacja na opakowaniu.

7.

Grupa 2, pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,17 +/- 0,01 mm?

Ad. 7 Pozostaje jak w SWZ.

8.

Grupa 2, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z grubością na palcu 0,17 +/-0,01 mm o długości minimum 280 mm

Ad. 8 Pozostaje jak w SWZ.

9.

Grupa 2, pozycja 3, Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe o grubości na palcu 0,33+/-0,01 mm, , o długości minimum 283 mm?

Ad. 9 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki , a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

10.

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jaki jest okres wypowiedzenia umowy? w umowie wskazywane są różne terminy.

Ad. 10 Każdej ze stron, po realizacji umowy o wartości równej jej minimalnej wartości, przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Skreśla się §2 ust. 4

11.

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jakie są terminy realizacji reklamacji - umowa przewiduje bowiem 7 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie 5-dniowy termin na dostawę towaru bez wad.

Ad. 11 Reklamacja będzie rozpatrywana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty jej złożenia, po czym Wykonawca będzie miał 5 dni na wymianę towaru wadliwego i dostarczenie towaru właściwego do Zamawiającego.

12.

Czy w zadaniu nr 1 poz 1 Zamawiający dopuści AQL <=1,5? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Ad. 12 Pozostaje jak w SWZ tj. AQL 1,0.

13.

Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie 1 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic ochronnych neoprenowych jałowych w kolorze zielonym nie flokowanych, posiadających grubości (ścianka pojedyncza): na palcu 0,19mm. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ A, bez deklaracji o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością. Dostępne rozmiary: 6-9 op.1 para?

Ad. 13 Pozostaje jak w SWZ tj. rękawice nitylowe, flokowane bawełną.

14.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadanie 1 poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji uchwytu typu koszyk, pojedynczego z możliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z drutu pokrytego farbą o własnościach antybakteryjnych, o wymiarach min.: wysokość 95mm, szerokość 90mm , długość 260mm?

Ad. 14 Pozostaje jak w SWZ.

15.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadanie 1 poz. 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic winylowych o poziomie AQL 1.5 zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 15 Pozostaje jak w SWZ tj. AQL 1,0 ; środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B.

16.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadanie 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,19mm. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Ad. 16 Zamawiający dopuści opakowanie rękawic opisane j. w. , pozostałe parametry jak w SWZ, grubość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

17.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadanie 2 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych polimeryzowane wewnętrznie, zewnętrznie chlorowana o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,24mm, długość rękawicy min.293mm. Koperta zewnętrzna typu half-pack, folia/folia, koperta wewnętrzna: papierowa?

Ad. 17 Pozostaje jak w SWZ. Zamawiający nie dopuści rękawic chlorowanych.

18.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie 2 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,19mm, długość rękawicy min.282mm. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Ad. 18 Zamawiający dopuści opakowanie rękawic opisane j. w. , pozostałe parametry jak w SWZ, grubość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

19.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie 2 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic do zabiegów o podwyższonym ryzyku posiadających grubość na palcu 0,30-0,36 mm. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Ad. 19 Zamawiający dopuści rękawice posiadające grubość na palcu podaną j. w., zapakowane w opakowanie opisane powyżej, wszystkie pozostałe parametry i wymogi zachowane jak w SWZ.

20.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie 2 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic do zabiegów o podwyższonym ryzyku posiadających grubość na palcu 0,28mm. Długość rękawicy min. 280mm. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Ad. 20 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki , a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

21.

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie, że zmiana cen wywołana zmianą stawki podatku Vat nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

Ad. 21 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

22.

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Ad. 22 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

23.

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki.

Ad. 23 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

24.

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Ad. 24 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

25.

dotyczy Zadanie 2 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 290mm, grubości pojedynczej ścianki palca 0,27-0,32mm i pozostałych parametrach niezmiennych.

Ad. 25 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki , a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

26.

Pakiet 1 Poz.3

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,0; grubość na palcu (mediana) 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co

najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4-rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, oznaczenie kolorystyczne w zależności od rozmiaru, pakowane po 50 sztuk.

Ad. 26 Pozostaje jak w SWZ.

27.

Pakiet 1 Poz.4

prosimy zamawiającego o dopuszczenie dozownika wielorazowego uniwersalnego z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130 mm?

Ad. 27 Pozostaje jak w SWZ.

28.

Pakiet 1 Poz.5

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek winylowych z AQL 1,5 w rozmiarach S-XL reszta parametrów zgodnie z swz?

Ad. 28 Pozostaje jak w SWZ tj. AQL 1,0

29.

Pakiet 2 Poz.1

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych lekko pudrowanych o długości min. 260 – 280mm w zależności od rozmiaru o grubości na palcu 0,20mm pakowanych w opakowanie zewnętrzne papier-folia ? Reszta parametrów zgodna z swz.

Ad. 29 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki , a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

30.

Pakiet 2 Poz.2

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek lateksowych bezpudrowych o długości 260-280mm w zależności od rozmiaru pakowanych w opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiające otwieranie?

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek lateksowych bezpudrowych o długości 289mm pakowanych w opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe?

Ad. 30 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki o długości 289 mm, a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji. Pozostałe parametry i wymogi zachowane jak w SWZ.

31.

Pakiet 2 Poz.3

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek lateksowych bezpudrowych do procedur o podwyższonym ryzyku o grubości na palcu max 0,27mm i długości 270-285mm?reszta parametrów zgodnie z swz.

Ad. 31 Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawiczki , a ich jakość będzie punktowana w Ocenie jakości rękawiczek, na podstawie dostarczonych próbek rękawic medycznych i parametrów zawartych w Kartach katalogowych wymaganych dla każdej pozycji.

podpis elektroniczny