



Gdańsk, dnia 10.07.2023

Numer postępowania: **ZP/149/008/D/23**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. **Dostawa aparatury naukowo-badawczej.**

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy:

**Pytanie:**

W odniesieniu do postępowania ZP/149/008/D/23 oraz załącznika nr 3A do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wymaganego zakresu pomiarowego dla HCOOH. Chcielibyśmy potwierdzić, czy faktycznie zakres ten wynosi 0-100 ppm, czy też może doszło do pomyłki.

W naszej ofercie posiadamy analizator, który umożliwia zakres pomiarowy od 0 do 10 ppm, który można ewentualnie zwiększyć do 0-50 ppm. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy zakres 0-10 ppm jest akceptowalny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy dla HCOOH od 0 do 10 ppm.

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

**Rozdział XII**

**Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert**

**1. Termin i sposób złożenia ofert**

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>13.07.2023 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>10:00</b>
----------------	----------------------	-----------------	--------------

**2. Termin i sposób otwarcia ofert:**

- 1) otwarcie ofert nastąpi:

<b>w dniu</b>	<b>13.07.2023 r.</b>	<b>o godz.</b>	<b>10:30</b>
---------------	----------------------	----------------	--------------

**Rozdział V**

**Termin związania złożoną ofertą**

1. Termin związania ofertą upływa dnia 11.08.2023 r.

**Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**