

MCN.5.261.12.2022.2.KJ

Kraków, dnia 25.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego przedmiotem jest: PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO WSZYSTKICH INSTALACJI ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON.

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści szerokość komory laminarnej zewnętrzną 1000 mm (wtedy szerokość blatu ma 900 mm)? Kolejny typoszereg komory o szerokości zewnętrznej 1300 mm został nie dopuszczony.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dysponuje miejscem przeznaczonym na komorę laminarną o szerokości ok. 1200 mm. W związku z tym Zamawiający dopuszcza montaż komory laminarnej o szerokości 1100mm-1300mm, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni zachowanie całkowitego wymiaru pozostałej części zabudowy meblowej przylegającej do komory laminarnej, tak aby możliwy był jej montaż w przewidzianym na ten cel pomieszczeniu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający w celu potwierdzenia zgodności ofertowanych dostaw z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby dygestoria były certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: PN-EN 14175 cz. 2 i 3; Dygestorium musi posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna) wcześniejsza 2004/108/WE, z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie) wcześniejsza 2006/95/WE, z dyrektywą 2006/42/UE (maszyny), które należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga, aby dygestoria były certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: PN-EN 14175 cz. 2 i 3; Dygestorium musi posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność

elektromagnetyczna) wcześniejsza 2004/108/WE, z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie) wcześniejsza 2006/95/WE, z dyrektywą 2006/42/UE (maszyny), które należy dołączyć jako przedmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, aby potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oferty najkorzystniejszej w rankingu oceny ofert - zgodnie z zapisami pkt VII.3.5) SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.