

## ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1

Modyfikacja - 2023-09-05

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <b>TAK</b> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <b>NIE</b> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	<p>Macerator do utylizacji zużytych naczyń jednorazowego użytku wykonanych z pupły celulozowej</p> <p>Ładowność/ cykl: 1 basen lub kaczka lub większa ładowność</p> <p>Odprowadzanie ścieku: rura odpływowa 50 mm lub 100 mm</p> <p>Zużycie wody na 1 cykl : max do 12 litrów</p> <p>Czas 1 cyklu: max do 60 sekund</p> <p>Silnik jednofazowy, 230 V – 50 Hz, 13A</p> <p><b>Moc silnika max 0,5 kW</b></p> <p>Rura doprowadzająca wodę: ¾"</p> <p>Bęben i głowica tnąca wykonane ze stali nierdzewnej</p> <p>Obudowa (ściany) wykonana ze stali nierdzewnej, panel główny wykonany z tworzywa sztucznego o właściwościach ograniczających wzrost mikroorganizmów lub macerator w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, pokrytej powłoką antybakteryjną.</p> <p>Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego lub metalu zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne</p> <p>Fabrycznie nowy, Rok produkcji : 2023 r.</p>		szt.	3					<p><b>Producent :</b></p> <p><b>Model / Typ :</b></p>

\*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2

Modyfikacja - 2023-09-05

Ip.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <b>TAK</b> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <b>NIE</b> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	<p>Nosze główne z transporterem zgodne z wymogami normy PN EN 1865 i PN EN 1789 lub równoważne dla ambulansów transportowych</p> <p>w zestawie nosze i transporter</p> <p>obciążenie dopuszczalne noszy w pozycji siedzącej i leżącej <b>min. 240 kg</b></p> <p>obciążenie dopuszczalne transportera <b>min. 260 kg</b></p> <p>podwozie transportera automatycznie składane, skokowa regulacja wysokości, co najmniej w 7 poziomach,</p> <p>waga noszy do 23 kg</p> <p>waga transportera do 29 kg</p> <p>komplet pasów zabezpieczających-stabilizujących pacjenta</p> <p>kółka jezdne <b>główne wyposażone w opony</b> umożliwiające toczenie noszy na nierównych powierzchniach i amortyzację wstrząsów</p> <p>hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, kółka skrętne 360 z możliwością blokady na wprost</p> <p>obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 253 kg</p> <p>waga noszy z transporterem nie więcej niż <b>51 kg</b></p> <p><b>automatyczne rozkładanie i składanie podwozia transportera podczas wyjazdu i wjazdu z karetki po zwolnieniu blokady nosze w komplecie z materacem i pasami</b></p> <p>w zestawie wszystkie wymagane mocowania potrzebne do instalacji w karetkce</p> <p>zmywalny materac noszy z materiału przystosowanego do użycia środków dezynfekujących</p> <p><b>bezstopniowa regulacja oparcia pod plecami noszy do pozycji siedzącej, regulacja oparcia nóg do pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha</b></p> <p>płyta CPR na całej długości leża</p> <p>składane wzdłuż poręcze boczne</p> <p>składany wieszak do kroplówki</p> <p>fabrycznie nowe, rok produkcji 2023</p>		szt.	1					<p><b>Producent :</b></p> <p><b>Model / Typ :</b></p>

\*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 3

Modyfikacja - 2023-09-05

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <b>TAK</b> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <b>NIE</b> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1.	<b>Podnośnik kąpielowo-transportowy</b> udźwig od min. 175 kg automatyczny, zasilany elektrycznie wieszak z czterema punktami do zawieszenia upręży/nosidła uchwyty do prowadzenia podnośnika sterowanie pilotem, bezprzewodowym lub na kablu umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka, wózka lub podłogi min 4 kółka jezdne, z czego min. 2 z hamulcami wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączenia konstrukcja umożliwia składanie i rozkładanie podnośnika bez użycia narzędzi z regulacją rozstawu osi możliwość opuszczenia pacjenta przy braku zasilania wewnętrzna ładowarka akumulatora w zestawie nosidło/uprząż ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, możliwość prania w temp. Min 60°C - 1 szt. wymienny akumulator bez użycia narzędzi instrukcja obsługi w języku polskim wyrób medyczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2023		szt.	2					Producent :  Model / Typ :
2.	<b>Uprząż</b> uprząż/nosidło ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, możliwość prania w temp. Min 60oC, pasujące do podnośnika z poz nr 1 fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023		szt.	4					Producent :  Model / Typ :
						Wartość netto		Wartość brutto	
<b>RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 3</b>									

\*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP